



**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO  
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N124-2017  
"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"  
CON CARGO A APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL (ASE),  
EJERCICIO FISCAL 2017**

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL 08 DE ENERO DE 2018**, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, CUYOS NOMBRES FIGURAN EN EL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA, UBICADO EN BLVD. PANORÁMICO CUBITOS-LA PAZ NÚM. 407, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.P. 42094, PACHUCA DE SOTO HGO., SE PROCEDIÓ AL PASE DE LISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA, SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **EH-SSH-N124-2017 "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"**, EN RELACIÓN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.- SE COMUNICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **11 DE ENERO DE 2018 A LAS 10:00 HORAS**, EN EL MISMO LUGAR DONDE SE LEVANTA LA PRESENTE.

2.- LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE ORDENADAS DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 2.3 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

3.- LA FECHA Y HORA DE FALLO DE LA LICITACIÓN SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

4.- PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: **1) ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 2) MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 3) PODER NOTARIAL DONDE SE FACULTE AL APODERADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DERIVADOS DE LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 4) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 5) CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 6) IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LA PERSONA FACULTADA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO. 7) ARTÍCULO 32-D OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ACTUALIZADO, 8) REGISTRO ACTUALIZADO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y 9) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR ESCRITO, EN HOJA MEMBRETADA, CON SELLO AUTORIZADO Y/O VALIDADO DE LA EMPRESA Y SUSCRITO POR LA PERSONA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, CON LOS SIGUIENTES DATOS; DOMICILIO FISCAL Y/O LEGAL DE LA EMPRESA, NÚMEROS TELEFÓNICOS, FAX, CORREOS ELECTRÓNICOS, PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR OFICIOS Y EN SU CASO APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL.**

5.- LA FACTURACIÓN DEBERÁ SER CON LA DIRECCIÓN DE BOULEVARD DE LA MINERÍA NO. 130, LA PUERTA DE HIERRO, MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42086.

6.- LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN ACREDITAR A MÁS TARDAR HASTA EL ACTO DE FALLO, QUE CUENTA CON SU REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON EL GIRO CORRESPONDIENTE A ESTA LICITACIÓN; SE LES SUGIERE PRESENTARLO TAMBIÉN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN ORIGINAL Y COPIA POR AMBOS LADOS. SI LLEGADA LA FECHA DEL ACTO DE FALLO NO CUENTA ESTA CONVOCANTE CON DICHO REGISTRO NO SE PROCEDERÁ A ALGUNA ADJUDICACIÓN.



ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

NINGUNA

LOS LICITANTES PARTICIPANTES REALIZAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTA 1.- DESCRIPCIÓN DICE: VENTILADOR DE TRASLADO ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL. DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA CEDULA, LA CONVOCANTE SOLICITA PROPIAMENTE UN VENTILADOR DE TRASLADO ADULTO/ PEDIÁTRICO? ES ESTO CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

PREGUNTA 2.- 6.4, DICE: VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO. ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR VOLUMEN CORRIENTE PROGRAMADO, MISMO QUE SERÁ MONITORIZADO SIEMPRE EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR DE ACUERDO A LO PROGRAMADO POR EL USUARIO? SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 3.- 6.9, DICE: TIEMPO INSPIRATORIO. ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR TIEMPO INSPIRATORIO PROGRAMADO, MISMO QUE SERÁ MONITORIZADO SIEMPRE EN LAS PANTALLA DEL VENTILADOR DE ACUERDO A LO PROGRAMADO POR EL USUARIO? SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 4.- 7.5, DICE: VOLUMEN MINUTO ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR ALARMA DE FRECUENCIA ALTA, YA QUE AL MONITORIZAR ESTE PARÁMETRO, NOS PERMITE IDENTIFICAR LA ALTERACIÓN EN EL VOLUMEN MINUTO QUE REQUIERE EL PACIENTE? SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 5.- 7.7, DICE: FIO2 ALTA Y BAJO. ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON FINES DE REFERENCIACIÓN PARA ESTE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR PRESIÓN ALTA Y BAJA DE O2, ALARMA QUE SE MOSTRARA CUANDO EXISTA UNA DIFERENCIA DE FIO2 TANTO EN EL LÍMITE ALTO O BAJO? SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 6.- 7.13, DICE: PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA DE ALARMAS. ¿DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERÁ GARANTIZAR VALORES PREDETERMINADOS DE ALARMAS Y PARÁMETROS AL SELECCIONAR EL TIPO DE PACIENTE? ES ESTO CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

PREGUNTA 7.- 9.5, DICE: DIEZ MASCARILLAS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. TAMAÑO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD. ¿DEBEMOS ENTENDER QUE PARA ESTE PUNTO SE



DEBERÁN OFERTAR 5 MASCARILLAS TAMAÑO MEDIANA PARA ADULTO Y 5 TAMAÑO CHICA PARA PEDIÁTRICO? ¿ES ESTO CORRECTO?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN-----

PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO-----

PREGUNTA 8.- CARÁCTER DE LA LICITACIÓN: LICITACION PÚBLICA NACIONAL. DE ACUERDO A LAS DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD SOLICITADA EN EL DOCUMENTO XI, ESTOS CORRESPONDE A UNA LICITACIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO INTERNACIONAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS. ES ESTO CORRECTO?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO V DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S. A. DE C. V.-----

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS.-----

PREGUNTA 1.- PUNTO: 1.3. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 60 DÍAS, YA QUE LOS BIENES OFERTADOS SON DE ORIGEN EXTRANJERO. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LA ENTREGA A 45 DÍAS HÁBILES-----

PREGUNTA 2.- DOCUMENTO VIII. GARANTIA DE SERIEDAD, PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE DICHA GARANTIA SERÁ POR EL 5% SIN INCLUIR EL IVA. ¿ES CORRECTO?-----

RESPUESTA: DEBERÁ DE SER POR EL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN ECONÓMICA-----

PREGUNTA 3.- DOCUMENTO VIII. GARANTIA DE SERIEDAD, PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR EL SIGUIENTE TEXTO DE FIANZA PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA FORMALIZACION DE LA PROPUESTA. O EN SU CASO, SOLICITAMOS PROPORCIONARNOS EL FORMATO CORRESPONDIENTE: A FAVOR DE \_\_\_\_\_ PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DE LA EMPRESA) \_\_\_\_\_ CON R.F.C. \_\_\_\_\_ HASTA POR LA EXPRESA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ (5% DEL VALOR TOTAL DEL LA PROPUESTA), EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR \_\_\_\_\_ (NOMBRE DE LA EMPRESA) \_\_\_\_\_ EN LA LICITACIÓN PÚBLICA \_\_\_\_\_ NACIONAL NO. \_\_\_\_\_ CELEBRADA POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO. ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR EN CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS O AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE. \_\_\_\_\_ (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA) \_\_\_\_\_ SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 95 Y SU REGLAMENTO, 118, 118 BIS, 119 Y 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. ESTA FIANZA NO PODRÁ SER CANCELADA SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA-----

PREGUNTAS TECNICAS.-----

PREGUNTA 4.- PARTIDA NO.2, PUNTO NO. 3.- CON LA FINALIDAD DE OFRECERLE AL ÁREA USUARIA TECNOLOGÍA DE ULTIMA GENERACIÓN SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ACEPTE QUE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE CON POR LO MENOS 60,000, CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?-----



RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 5.- PUNTO NO. 4.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE Y AL ÁREA USUARIA CONSIDERE SOLICITAR EQUIPO DE RECIENTE TECNOLOGÍA CON LA FINALIDAD DE DARLE A LOS DERECHOHABIENTES UNA ATENCIÓN DIGNA Y DE CALIDAD EN LOS ESTUDIOS QUE SE REALICEN, POR LO QUE SUGERIMOS SE ACEPTE QUE EL EQUIPO CUENTE CON POR LO MENOS CON UN RANGO DINÁMICO DE 270 DB ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 6.- PUNTO NO. 9.- EN LA ACTUALIDAD LA MAYORÍA DE LAS CASAS COMERCIALES OFRECEN TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA DE ACEPTE QUE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE CON PANTALLA DE TIPO LCD DE POR LO MENOS 19 PULGADAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

GRUPO EÓLICA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.- ENTENDEMOS QUE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EH-SSH-N124-2017, PODEMOS OFERTAR BIENES DE FABRICACIÓN EXTRANJERA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: YA SE DIO RESPUESTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS TECNICAS (PARTIDA 1 LAMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE LED)

PREGUNTA 1.- PUNTO 2.2.- SOLICITAN MOVIMIENTOS ABATIBLES DE +45/-45°, EN EL ENTENDIDO QUE LAS SALAS DE OPERACIONES TIENEN VARIAS MEDIDAS DE ALTURAS DEL PISO A TECHO Y EN OCASIONES LA ALTURA ES DE MENOS DE 3 METROS DE ALTURA Y AL TENER UN ABATIMIENTO DE +45° ESTO PUEDE A OCASIONAR GOLPES EN LA CÚPULA DE LA LÁMPARA CON EL TECHO O CON OTROS EQUIPOS MÉDICOS, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA LÁMPARA CON UN ABATIMIENTO DE +18 Y -48° ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 2.- PUNTO 3.3.- DEBEMOS ENTENDER QUE AL OFERTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE 4,500 Y 5,000 GRADOS KELVIN, SE ESTARÁ CUMPLIENDO CON DICHO PUNTO DADO ESTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO ¿ES CORRECTA NUESTRA A APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

PREGUNTA 3.- PUNTO 3.7.- ESTÁN SOLICITANDO UNA INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 130,000 A 160,000 LUXES A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA LÁMPARA CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE 140,000 LUXES YA QUE ESTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?



RESPUESTA: SE ACEPTA

SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.- CARÁCTER DE LA LICITACIÓN. DICE: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL... SOLICITAMOS NOS ACLARE SI EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ACEPTAN BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: YA SE DIO RESPUESTA

PREGUNTA 2.- DE SER POSITIVA NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS. ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: YA SE DIO RESPUESTA

PREGUNTA 3.- REFERENCIA: PARTIDA 2. 531.924.0031. UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR. ACCESORIOS. PUNTO 1. VIDEOIMPRESORA TÉRMICA A COLOR INTERCONSTRUIDA AL GABINETE DEL EQUIPO. PUNTO 2. IMPRESORA TÉRMICA GRADO MÉDICO A BLANCO Y NEGRO INTERCONSTRUIDA AL GABINETE DEL EQUIPO. PUNTO 7. UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE DE AL MENOS 30 MIN. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS PUNTOS DE REFERENCIA COMO "ACCESORIOS NO INTERCONSTRUIDOS AL GABINETE DEL EQUIPO" (IMPRESORA TÉRMICA A COLOR E IMPRESORA TÉRMICA GRADO MÉDICO A BLANCO Y NEGRO, UPS), TODA VEZ QUE ESTO NO AFECTA DE NINGÚN MODO EL DESEMPEÑO O FUNCIONALIDAD DEL MISMO.

RESPUESTA: DEBERA SER INTERCONSTRUIDO AL GABINETE DEL EQUIPO

PREGUNTA 4.- REFERENCIA: PARTIDA 2. 531.924.0031. UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR. ACCESORIOS. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER AÑADIR EN CASO DE QUE FALTASE LA NUMERACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTIDAS O EN SU CASO CORREGIR LA NUMERACIÓN SI SE ENCONTRASE NÚMEROS REPETIDOS O QUE EL CONSECUTIVO NO ESTUVIERA CORRECTO, ESTO PARA UN MEJOR SEGUIMIENTO Y EVITAR CUALQUIER TIPO DE CONFUSIÓN A LA HORA DE REFERENCIAR. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA

SUMINISTRO Y VENTA DE EQUIPOS MEDICOS, S.A. DE C.V.

PREGUNTA TECNICA.

PREGUNTA 1.- PARTIDA 2 CLAVE 531.924.0031 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR; DICE: PUNTO3. CON 30,000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL, SIMULTÁNEOS O INDEPENDIENTES COMO MÍNIMO. SE PUEDE OFRECER UN EQUIPO CON 27,600 O MAS CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL, YA QUE EL RESTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE ESTA CEDULA CORRESPONDEN A UN EQUIPO DE GAMA MEDIA Y SOLO ESTA ESPECIFICACIÓN ES DE UN EQUIPO DE GAMA ALTA. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE INFORMAR

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.- SABEMOS QUE LA LICITACIÓN ES DE CARÁCTER NACIONAL Y TOMANDO EN CUENTA QUE PARA TENER MAYORES OFERTAS Y LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR BIENES INTERNACIONALES CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR EQUIPOS DE CALIDAD DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE MI FABRICANTE.



RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA

PREGUNTA 2.- ANEXO NO. 1 PARTIDA 1 PUNTO 3.6; SOLICITAN UNA ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 370 W/M<sup>2</sup>, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN QUE SE MUESTRE EL MÉTODO DE MEDICIÓN PARA OBTENER ESTE VALOR Y/O SEA OPCIONAL; DEBIDO A QUE EL MÉTODO DE MEDICIÓN DE ESTE PUNTO QUEDA EN DUDA SU VERACIDAD. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 3.- ANEXO NO. 1 PARTIDA 1 PUNTO 3.6; SOLICITAN UNA ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 370 W/M<sup>2</sup>, DEBIDO A QUE NUESTRA TECNOLOGÍA NO COMPROMETE LO SOLICITADO Y ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UNA MARCA, PARA FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA PARTICIPAR CON NUESTRA TECNOLOGÍA QUE NO DEMERITA LO SOLICITADO Y BRINDA BENEFICIOS AL USUARIO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO LO REFERENCIE EN SUS CATALOGOS Y/O MANUALES

PREGUNTA 4.- ANEXO NO. 1 PARTIDA 1 PUNTO 3.6; SOLICITAN UNA ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 370 W/M<sup>2</sup>, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN FUNCIÓN DEL DOCUMENTO PRESENTADO POR LA GUÍA TECNOLÓGICA DEL CENETEC QUE MENCIONA: PARA PREVENIR CALENTAMIENTO DE LOS TEJIDOS EXPUESTOS EN EL SITIO DE OPERACIÓN, LA EFICACIA LUMINOSA O RENDIMIENTO DE ILUMINACIÓN EN EL CAMPO QUIRÚRGICO DEBE DE SER DE CUANDO MENOS 170 LM/W, LO CUAL NOS DARÍA UNA RADIACIÓN MENOR DE 600 W/M<sup>2</sup> PARA UNA ILUMINANCIA DE 100000 LUX., SEA CONSIDERADO UN VALOR DE 600 W/M<sup>2</sup> PARA UNA ILUMINANCIA DE 100000 LUX, SE NOS PERMITA PARTICIPAR CON NUESTRA TECNOLOGÍA QUE ESTARÍA CUMPLIENDO CON ESTE PUNTO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

SE COMUNICA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA NO SE PODRÁ SOLICITAR NINGUNA ACLARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ADEMÁS LAS ACLARACIONES HECHAS EN ESTE ACTO, SERÁN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA Y LOS LICITANTES ESTÁN OBLIGADOS A OBSERVARLAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS 10:55 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO


PRESIDENTA

SECRETARIO EJECUTIVO

M. EN G.A. ORALIA LANDEROS ROSAS REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS S.S.H


L.A.P. RICARDO ROBERTO TREJO RUIZ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

VOCAL




C. GENARO GÓMEZ VARGAS  
REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN  
DE ADQUISICIONES

VOCAL



L.T.S. LETICIA RANGEL CANO  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN  
DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

VOCAL



L.C. CECILIA LÓPEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,  
PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

VOCAL

NO SE PRESENTÓ


DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

VOCAL

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN  
DE REGULACIÓN SANITARIA

ASESOR



LIC. ELIZABETH AUSTRIA CORTÉS  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN  
JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS

ASESOR



L.C. ESTEBAN BASILIO CERVANTES MONROY  
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL DE LOS S. S.H

ASESOR

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,  
Y PROSPECTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR

NO SE PRESENTÓ


REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE  
CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR




M.A.C.F. MIRNA SÁNCHEZ LARA  
REPRESENTANTE DE OFICIALÍA MAYOR  
DE GOBIERNO DEL ESTADO

ÁREA TÉCNICA



T.A. RICARDO GÓMEZ VINALES  
DUME

LICITANTE




C. JOSÉ IVAN GARCÍA ALVARADO  
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA,  
S.A. DE C.V.




Secretaría de  
Salud  
Hidalgo crece contigo



LICITANTE

  
C. GUSTAVO ROMERO REYES  
HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO,  
S. A. DE C. V.


LICITANTE

ENVIO SUS PREGUNTAS  
AL CORREO DEL COMITÉ  
  
GRUPO EÓLICA, S.A. DE C.V.

LICITANTE

ENVIO SUS PREGUNTAS  
AL CORREO DEL COMITÉ  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,  
S. A. DE C. V.

LICITANTE

ENVIO SUS PREGUNTAS  
AL CORREO DEL COMITÉ  
SUMINISTRO PARA USO MÉDICO  
Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.  


LICITANTE

ENVIO SUS PREGUNTAS  
AL CORREO DEL COMITÉ  
SUMINISTRO Y VENTA DE EQUIPOS MEDICOS,  
S. A. DE C. V.

LICITANTE

ENVIO SUS PREGUNTAS  
AL CORREO DEL COMITÉ  
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE,  
S.A. DE C.V.  
