



**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N95-2017
"SUSTANCIAS QUÍMICAS", SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
CON CARGO A CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL (CSYASF),
EJERCICIO FISCAL 2017.**

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, CUYOS NOMBRES FIGURAN EN EL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA, UBICADO EN BLVD. PANORAMICO CUBITOS-LA PAZ NÚM. 407, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.P. 42094, PACHUCA DE SOTO HGO.:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTICULO 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA, SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N95-2017 "SUSTANCIAS QUÍMICAS", SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, EN RELACION A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.- SE COMUNICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HORAS, EN EL MISMO LUGAR DONDE SE LEVANTA LA PRESENTE.

2.- LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE ORDENADAS DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 2.3 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

3.- LA FECHA Y HORA DE FALLO DE LA LICITACIÓN SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

4.- PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1) ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 2) MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 3) PODER NOTARIAL DONDE SE FACULTE AL APODERADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DERIVADOS DE LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 4) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 5) CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 6) IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LA PERSONA FACULTADA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO. 7) ARTÍCULO 32-D OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ACTUALIZADO, 8) REGISTRO ACTUALIZADO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y 9) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR ESCRITO, EN HOJA MEMBRETADA, CON SELLO AUTORIZADO Y/O VALIDADO DE LA EMPRESA Y SUSCRITO POR LA PERSONA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, CON LOS SIGUIENTES DATOS; DOMICILIO FISCAL Y/O LEGAL DE LA EMPRESA, NÚMEROS TELEFÓNICOS, FAX, CORREOS ELECTRÓNICOS, PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR OFICIOS Y EN SU CASO APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL.

5.- LA FACTURACION DEBERÁ SER CON LA DIRECCIÓN DE BOULEVARD DE LA MINERÍA No. 130, LA PUERTA DE HIERRO, MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42086.

6.- LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN ACREDITAR A MÁS TARDAR HASTA EL ACTO DE FALLO, QUE CUENTA CON SU REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON EL GIRO CORRESPONDIENTE A ESTA LICITACIÓN; SE LES SUGIERE PRESENTARLO TAMBIÉN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN ORIGINAL Y COPIA POR AMBOS LADOS. SI LLEGADA LA FECHA DEL ACTO DE FALLO NO CUENTA ESTA CONVOCANTE CON DICHO REGISTRO NO SE PROCEDERÁ A ALGUNA ADJUDICACIÓN.

1 de 5



ACLARACIONES DEL ÁREA TÉCNICA-----

NINGUNA:-----

LOS LICITANTES PARTICIPANTES REALIZAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:-----

PRO AFAKIM, S.A. DE C.V.-----

PREGUNTA 1.- LA PRESENTE LICITACIÓN ES DE CARÁCTER NACIONAL, ¿ES CORRECTO QUE PODREMOS PARTICIPAR CON PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAMOS CON LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VII DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN-----

PREGUNTA 2.- ANEXO No. 2, SOLICITAMOS MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDICARÁ SI OMITIÓ LA PARTIDA 1?-----

RESPUESTA: SI; ESTA PARTIDA SE ADJUDICO EN EL PRIMER PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 3.- ANEXO No. 2, PARTIDA 2, KIT PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA QUE REQUIERE 5 ML DE MUESTRA DE SANGRE TOTAL CAPILAR O VENOSA Y RESULTADOS DE LA PRUEBA EN 5 MINUTOS. CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE HBA1C DE 4 A 13%. METODOLOGÍA: MEDICIÓN FOTOMÉTRICA POR UN SISTEMA MICROÓPTICO INTEGRADO, TRAS LA REACCIÓN INMUNOQUÍMICA ENTRE LA HEMOGLOBINA GLUCOSILADA PRESENTE EN LA SANGRE Y LOS REACTIVOS EN EL CARTUCHO DE PRUEBA. CORRELACIÓN DE 0.99 CON EL MÉTODO DE LABORATORIO ESTANDARIZADO NGSP (NATIONAL GLYCOHEMOGLOBIN STANDARIZATION PROGRAM). COEFICIENTE DE VARIACIÓN 2.74%. QUE NO REQUIERA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. LIBRE DE MANTENIMIENTO. ESTABILIDAD DE LAS PRUEBAS DE 12 MESES EN CADENA DE FRÍO Y A TEMPERATURA AMBIENTE DE 4 MESES. QUE CUENTE CON CERTIFICADOS NGSP E IFCC VIGENTES. PRESENTACIÓN DE UN MONITOR MANUAL AUTÓNOMO DESCARTABLE, 20 CARTUCHOS DE PRUEBA Y 20 KITS DE DILUCIÓN, SE INCLUYEN LANCETAS. LA CONVOCANTE SOLICITA SE PROPORCIONEN LANCETAS EN LA PARTIDA ANTES DESCRITA, EN RELACION A LA PUNCIÓN DEL PACIENTE SE SABE QUE LA LANCETA APROPIADA PARA LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA ES DE CALIBRE 21 G, ES CORRECTO INTERPRETAR QUE DICHA LANCETA DEBE CORRESPONDER AL CALIBRE NECESARIO, SIENDO DE FORMA ERGONÓMICA CON MECANISMO DE ACTIVACIÓN POR CONTACTO (RETRACTIL) DESECHABLE Y QUE SE INACTIVE UNA VEZ QUE SE USA, EVITANDO ASÍ SU RE-UTILIZACIÓN CON AGUJA ESCONDIDA ANTES Y DESPUÉS DEL USO, EVITANDO HERIDAS POR CASUALIDAD E INFECCIONES CRUZADAS CON AGUJAS ESTERILIZADAS MEDIANTE IRRADIACIÓN CON RAYOS GAMMA, LO ANTERIOR A BIEN DE EVITAR LASTIMAR AL PACIENTE, DOBLE PUNCIÓN O SU REUTILIZACIÓN?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 2 DEL ANEXO No. 2, DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 4.- DOCUMENTO VII, PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (ORIGINAL). TODA VEZ QUE LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE REPRESENTAN UNA CANTIDAD IMPORTANTE EN CUANTO A PAGO DE BIENES, SOLICITUD DE PRUEBAS Y ATENCIÓN A PACIENTES DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, ES CORRECTO INTERPRETAR QUE EL LICITANTE DEBERÁ ADJUNTAR A SU PROPUESTA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL, GARANTICE CONTAR CON EL APOYO Y RESPALDO DE IMPORTADOR Y/O TITULAR DE REGISTRO SANITARIO EN TERRITORIO NACIONAL? A BIEN GARANTIZAR EL ABASTO DE LOS BIENES Y LA CADUCIDAD REQUERIDA DANDO CERTIDUMBRE A LA OFERTA.-----

RESPUESTA: SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VII DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 5.- ANEXO No. 2, PARTIDA 2; KIT PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA QUE REQUIERE 5 ML DE MUESTRA DE SANGRE TOTAL CAPILAR O VENOSA Y RESULTADOS DE LA PRUEBA EN 5 MINUTOS. CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE HBA1C DE 4 A 13%. METODOLOGÍA: MEDICIÓN FOTOMÉTRICA POR UN SISTEMA MICROÓPTICO INTEGRADO, TRAS LA REACCIÓN INMUNOQUÍMICA ENTRE LA HEMOGLOBINA GLUCOSILADA PRESENTE EN LA SANGRE Y LOS REACTIVOS EN EL CARTUCHO DE PRUEBA. CORRELACIÓN DE 0.99 CON EL MÉTODO DE LABORATORIO ESTANDARIZADO NGSP (NATIONAL GLYCOHEMOGLOBIN STANDARIZATION PROGRAM). COEFICIENTE DE VARIACIÓN 2.74%. QUE NO REQUIERA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. LIBRE DE MANTENIMIENTO. ESTABILIDAD DE LAS PRUEBAS DE 12 MESES EN CADENA DE FRÍO Y A TEMPERATURA AMBIENTE DE 4 MESES. QUE CUENTE CON CERTIFICADOS NGSP E IFCC VIGENTES. PRESENTACIÓN DE UN MONITOR MANUAL AUTÓNOMO DESCARTABLE, 20 CARTUCHOS DE PRUEBA Y 20 KITS DE DILUCIÓN, SE INCLUYEN LANCETAS. PARTICIPAMOS EN LA PRIMERA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N82-2017 PRIMER PROCEDIMIENTO, CON ESTA PARTIDA EN LA QUE SE DECLARÓ DESIERTA EN VIRTUD DE QUE LOS PRECIOS OFERTADOS POR MI REPRESENTADA NO FUERON ACEPTABLES REBASANDO EL TECHO PRESUPUESTAL, CREEMOS QUE REBASA EL TECHO DEBIDO A QUE EXISTEN DOS TIPOS DE PRESENTACIÓN CAJA CON 20 PRUEBAS ES LA QUE SOLICITAN, PERO DE IGUAL MANERA HAY CAJA CON 10 PRUEBAS OBIAMENTE ESTA ES MÁS ECONÓMICA SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA PRESENTACIÓN Y ENTREGAR 300 CAJAS CON 10 PRUEBAS, SI FUESE ADJUDICADA ESTA PARTIDA A MI REPRESENTADA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 2 DEL ANEXO No. 2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

ANDRÉS MOCTEZUMA GONZÁLEZ, (PERSONA FÍSICA),

PREGUNTA 1.- EN EL PUNTO 2.3 3 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPOSICIONES DEL LICITANTE DOCUMENTO XI SOLICITAN CARTA DONDE INDICA QUE LA CADUCIDAD, GARANTÍA, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y CONTRA VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES OFERTADOS DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR BIENES CON CADUCIDADES DE 10 MESES CON CARTA DE CANJE, EN LA PARTIDA No. 3,4 Y 5 DEL ANEXO No.2


RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD

SE COMUNICA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA NO SE PODRÁ SOLICITAR NINGUNA ACLARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ADEMÁS LAS ACLARACIONES HECHAS EN ESTE ACTO, SERÁN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA Y LOS LICITANTES ESTÁN OBLIGADOS A OBSERVARLAS

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS 10:55 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO	
PRESIDENTA M. EN G.A. ORALIA LANDEROS ROSAS REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS S.S.H	SECRETARIO EJECUTIVO L.A.P. RICARDO ROBERTO TREJO RUIZ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

<p>VOCAL</p> <p> C. GENARO GÓMEZ VARGAS REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES</p>	<p>VOCAL</p> <p> L.T.S. LETICIA RANGEL CANO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN</p>
<p>VOCAL</p> <p> L.C. CECILIA LÓPEZ CARRASCO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN</p>	<p>VOCAL</p> <p>NO SE PRESENTÓ</p> <p>DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA</p>
<p>VOCAL</p> <p> L.I. JANETE CASTILLO POMPOZO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN SANITARIA</p>	<p>ASESOR</p> <p> LIC. ELIZABETH AUSTRIA CORTÉS REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS</p>
<p>ASESOR</p> <p> L.C.S.F. DIEGO ARTURO HERNÁNDEZ GARCÍA REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS S. S.H</p>	<p>ASESOR</p> <p> C. ROBERTO CARLOS FELIPE GÓMEZ REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, Y PROSPECTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO</p>
<p>ASESOR</p> <p>NO SE PRESENTÓ</p> <p>REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO</p>	<p>ASESOR</p> <p> M.A.C.F. MIRNA SÁNCHEZ LARA REPRESENTANTE DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO</p>

<p style="text-align: center;">ÁREA TÉCNICA</p> <p style="text-align: center;"> DRA. MARISA ELIZABETH IBARRA RODRÍGUEZ DIRECCIÓN DE UNIDADES MÉDICAS ESPECIALIZADAS</p>	<p style="text-align: center;">LICITANTE</p> <p style="text-align: center;">MANDÓ SUS PREGUNTAS AL CORREO DEL COMITÉ</p> <p style="text-align: center;">_____ PRO AFAKIM, S.A. DE C.V.</p>
---	---

LICITANTE

MANDÓ SUS PREGUNTAS
AL CORREO DEL COMITÉ

C. RICARDO MOCTEZUMA GONZÁLEZ
ANDRÉS MOCTEZUMA GONZÁLEZ,
(PERSONA FÍSICA)

