



**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N104-2018
"SUSTANCIAS QUÍMICAS", SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA RAMO 33,
EJERCICIO FISCAL 2018.**

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2018, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, CUYOS NOMBRES FIGURAN EN EL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA, UBICADO EN BLVD. PANORÁMICO CUBITOS-LA PAZ NÚM. 407, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.P. 42094, PACHUCA DE SOTO HGO., SE PROCEDIÓ AL PASE DE LISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA, SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N104-2018 "SUSTANCIAS QUÍMICAS", SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

MANDÓ AL CORREO DEL COMITÉ CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR **DISTRIBUIDORA LHAG, S.A. DE C.V.**; SIN FORMULAR PREGUNTAS.

SE ENCUENTRA COMO OBSERVADOR EL L.E.O. FELIPE DE JESÚS ORTEGA ATLACO, DE LA EMPRESA **QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.**

1.- SE COMUNICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10:00 HORAS, EN EL MISMO LUGAR DONDE SE LEVANTA LA PRESENTE.

2.- LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE ORDENADAS DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 2.3 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

3.- LA FECHA Y HORA DE FALLO DE LA LICITACIÓN SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

4.- PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1) ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 2) MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 3) PODER NOTARIAL DONDE SE FACULTE AL APODERADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DERIVADOS DE LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 4) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 5) CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 6) IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LA PERSONA FACULTADA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO. 7) ARTÍCULO 32-D OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ACTUALIZADO, 8) REGISTRO ACTUALIZADO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y 9) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR ESCRITO, EN HOJA MEMBRETADA, CON SELLO AUTORIZADO Y/O VALIDADO DE LA EMPRESA Y SUSCRITO POR LA PERSONA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, CON LOS SIGUIENTES DATOS; DOMICILIO FISCAL Y/O LEGAL DE LA EMPRESA, NÚMEROS TELEFÓNICOS, FAX, CORREOS ELECTRÓNICOS, PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR OFICIOS Y EN SU CASO APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL.

5.- LA FACTURACIÓN DEBERÁ SER CON LA DIRECCIÓN DE BOULEVARD DE LA MINERÍA No. 130, LA PUERTA DE HIERRO, MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42086.

6.- LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN ACREDITAR A MÁS TARDAR HASTA EL ACTO DE FALLO, QUE CUENTA CON SU REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON EL GIRO CORRESPONDIENTE A ESTA LICITACIÓN; SE LES SUGIERE PRESENTARLO TAMBIÉN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN ORIGINAL Y COPIA POR AMBOS LADOS. SI LLEGADA LA FECHA DEL ACTO DE FALLO NO CUENTA ESTA CONVOCANTE CON DICHO REGISTRO NO SE PROCEDERÁ A ALGUNA ADJUDICACIÓN.

ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

SE RATIFICA LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

EL LICITANTE PARTICIPANTE REALIZA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.- CARÁCTER DE LA LICITACIÓN NACIONALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. EH-SSH-N014-2018 SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO SUSTANCIAS QUÍMICAS. DEBIDO A QUE EL CARÁCTER DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. EH-SSH-N104-2018 SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO SUSTANCIAS QUÍMICAS ES NACIONAL SOLICITAMOS A LA CONTRATANTE NOS ACLARE SI POR SER DE CARÁCTER NACIONAL SE NOS PERMITIRÁ COTIZAR BIENES DE IMPORTACIÓN; EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SERÁ EMITIDO UN NUEVO PROCESO DE CARÁCTER INTERNACIONAL PARA PODER COTIZAR LAS PARTIDAS DE IMPORTACIÓN.

RESPUESTA: PODRÁ COTIZAR SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 2.- 1.3. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA. ANEXO No. 1 PARTIDAS: 2,3,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 A 51 PRIMER Y SONDAS. LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL PLAZO DE ENTREGA DEBERÁ SER DE ACUERDO CON AL ANEXO NO. 1 Y SERÁ A LOS 20 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EN UN PLAZO DE 25. DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO, EN VIRTUD DE QUE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SON DE FABRICACIÓN ESPECIAL, SE ACEPTA? ADICIONAL A QUE LA LICITACIÓN ES POR CONCEPTO ÚNICO Y SE DEBEN COTIZAR AL 100% SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.3 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 3.- ANEXO No. 1 PARTIDAS: 4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,52,53,54,55,56,57 Y 58. LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL PLAZO DE ENTREGA DEBERÁ SER DE ACUERDO CON AL ANEXO NO. 1 Y SERÁ A LOS 20 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EN UN PLAZO DE 40 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO, EN VIRTUD DE QUE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SON DE FABRICACIÓN ESPECIAL, SE ACEPTA? ADICIONAL A QUE LA LICITACIÓN ES POR CONCEPTO ÚNICO Y SE DEBEN COTIZAR AL 100% SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.3 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 4.- CATALOGO ORIGINAL CON FOTOGRAFÍA CON IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES ANEXO NO. 1 PARTIDAS:2, 3,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,40, 41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50 A 51 PRIMER Y SONDAS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHAS PARTIDAS COTIZADAS CORRESPONDEN A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN SUSTITUCIÓN DEL CATÁLOGO ORIGINAL CON FOTOGRAFÍA CON IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, LO ANTERIOR YA QUE CADA PRIMERS Y SONDA SE ELABORA

ESPECÍFICAMENTE PARA CADA LABORATORIO ESTATAL Y NINGÚN FABRICANTE CUENTA CON CATALOGO ORIGINAL CON FOTOGRAFÍA CON IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, POR LO YA EXPRESADO. SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO-----

PREGUNTA 5.- REGISTRO SANITARIO PARTIDAS: 2,3,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 A 51 PRIMER Y SONDAS. CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL, POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO, LAS PARTIDAS MENCIONAS SE ENCUENTRA ENLISTADAS EN DICHO ACUERDO COMO RENGLÓN:1962.- SOLUCIONES, REACTIVOS, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA LA PREPARACIÓN DE MUESTRAS USADAS EN TÉCNICAS DE PCR EN EQUIPOS AUTOMATIZADOS POR LO ANTERIOR PARA DAR CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO AL REQUISITO DE REGISTRO SANITARIO DE ESTOS INSUMOS Y/O DOCUMENTO COFEPRIS SOLICITADO; SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA ENTREGAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHAS PARTIDAS NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO, ANEXANDO COPIA DEL ACUERDO EN MENCIÓN DE COFEPRIS SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO-----

PREGUNTA 6.- CONDICIONES ENTREGA PUNTO 4.- HOJA DE SEGURIDAD PARTIDAS: 2,3,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 A 51 PRIMER Y SONDAS. EN PRIMERS Y SONDAS POR SER DE UN DISEÑO ESPECIAL PARA CADA LABORATORIO SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS EXIMA DE ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD LO ANTERIOR YA QUE CADA PRIMERS Y SONDA TIENE UN DISEÑO ESPECIAL Y NO EXISTE POR TANTO UNA HOJA DE SEGURIDAD COMO TAL SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO-----

PREGUNTA 7.- CADUCIDAD PRIMER Y SONDAS PARTIDAS: 2,3,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37,38, 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 A 51. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA ENTREGAR CON 9 MESES LAS PARTIDAS MENCIONADAS, POR SU MISMA NATURALEZA. ENTREGANDO A LA CONVOCANTE CARTA DE CANJE POR CADUCIDAD DE LAS PARTIDAS SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO, CON CARTA DE GARANTÍA DE CANJE-----

PREGUNTA 8.- CADUCIDAD PRIMER Y SONDAS PARTIDAS: 2,3,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 A 51. EN PRIMER Y SONDAS NO VIENE INDICADA LA FECHA DE CADUCIDAD EN EL VIAL, Y EL FABRICANTE SUGIERE SE OCUPE EL REACTIVO MÁXIMO A LOS 9 MESES DE HABERSE ABIERTO CADA PRIMER Y CADA SONDA, SOLICITAMOS SE NOS ACEPTEN LOS PRIMERS Y SONDAS SOLO CON LA FECHA DE MANUFACTURA DEL PRODUCTO Y NO CON FECHA DE CADUCIDAD SE ACEPTA? ENTREGANDO A LA CONVOCANTE CARTA DE CANJE POR CADUCIDAD DE LAS PARTIDAS, SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO, CON CARTA DE GARANTÍA DE CANJE Y LA DEBERÁ PRESENTAR COMO DOCUMENTO EN LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS-----

PREGUNTA 9.- PARTIDAS: 1, 5,7,9,10,11, 13, 14,16,17,19,55,56,57 REGISTRO SANITARIO. CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL, POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO, LAS PARTIDAS MENCIONAS SE ENCUENTRA ENLISTADAS EN DICHO ACUERDO COMO RENGLÓN:1962.- SOLUCIONES, REACTIVOS, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA LA PREPARACIÓN DE MUESTRAS USADAS EN TÉCNICAS DE PCR EN

EQUIPOS AUTOMATIZADOS. POR LO ANTERIOR PARA DAR CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO AL REQUISITO DE REGISTRO SANITARIO DE ESTOS INSUMOS Y/O DOCUMENTO COFEPRIS SOLICITADO; SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA ENTREGAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHAS PARTIDAS NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO, ANEXANDO COPIA DEL ACUERDO EN MENCIÓN DE COFEPRIS SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO-----

PREGUNTA 10.- PARTIDA 15 XILOL. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR XILENO QUE ES LO MISMO QUE XILOL Y QUE ES LO MISMO QUE OCUPA LA CONVOCANTE SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO-----

PREGUNTA 11.- PARTIDAS: 52, 53, 54 DOCUMENTO COFEPRIS. CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL, POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO, LAS PARTIDAS MENCIONAS SE ENCUENTRA ENLISTADAS EN DICHO ACUERDO COMO. 1958 SOLUCIONES AUXILIARES PARA TINCIÓN EN BIOLOGÍA CELULAR, HISTOLOGÍA Y CITOQUÍMICA DE USO IN VITRO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA ENTREGAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHAS PARTIDAS NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO, ANEXANDO COPIA DEL ACUERDO EN MENCIÓN DE COFEPRIS SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO-----

PREGUNTA 12.- ANEXO 1 CONCEPTO ÚNICO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EL INSERTO EN EL IDIOMA DEL FABRICANTE YA QUE LA MAYORÍA DE INFORMACIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y EXTRANJEROS ESTÁ EN IDIOMA INGLES, ANEXANDO TRADUCCIÓN SIMPLE SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL-----

PREGUNTA 13.- ANEXO 1 CONCEPTO ÚNICO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EL INSERTO SIN LAS IMÁGENES SOLICITADAS, PERO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO LO ANTERIOR YA QUE NO TODOS LOS FABRICANTE ANEXAN FOTOGRAFÍAS DE SUS CATÁLOGOS, SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO-----


PREGUNTA 14.- PARTIDAS 1,5,6,7,8,9,10,11,14,52,53,54,55,56,57 Y 58 HOJA DE SEGURIDAD. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LAS PARTIDAS MENCIONADAS SIN HOJA DE SEGURIDAD LO ANTERIOR YA QUE NO TODOS LOS CONSUMIBLES DE BIOLOGÍA MOLECULAR NO CUENTAN CON ESTE DOCUMENTO SE ACEPTA-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO-----

PREGUNTA 15.- PARTIDA 1 FACTOR X TIRAS PARA DIFERENCIACIÓN DE HAEMOPHILUS INFLUENZA FRASCO CON 50 PZS 1 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR DICHA PARTIDA CON 6 MESES DE CADUCIDAD LO ANTERIOR POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, ENTREGANDO CARTA DE CANJE SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO, CON CARTA DE GARANTÍA DE CANJE Y LA DEBERÁ PRESENTAR COMO DOCUMENTO EN LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS-----

PREGUNTA 16.- PARTIDA 1 FACTOR X TIRAS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR INSERTO EN SU IDIOMA ORIGINAL (INGLES) ADJUNTANDO TRADUCCIÓN SIMPLE LO ANTERIOR YA QUE LA BIBLIOGRAFÍA DEL FABRICANTE ESTÁ EN IDIOMA INGLÉS, ADJUNTANDO TRADUCCIÓN SIMPLE EN EL



DOCUMENTO ORIGINAL SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL-----

PREGUNTA 17.- PARTIDA 1 FACTOR X TIRAS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTA JUNTO CON DOCUMENTO COFEPRIS SOLICITADO YA QUE DICHA PARTIDA SE OCUPA EN LA INDUSTRIA SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO-----

PREGUNTA 18.- PARTIDA 1.- FACTOR X TIRAS PARA DIFERENCIACIÓN DE HAEMOPHILUS INFLUENZA FRASCO CON 50 PZS. ESTA PARTIDA ES DE IMPORTACIÓN Y EL ÚNICO FABRICANTE QUE LA OFRECE LA OFRECE CON UN TIEMPO DE ENTREGA DE 45 DÍAS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS AMPLÍE EL TIEMPO DE ENTREGA SOLO PARA ESTA PARTIDA SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO Y DEBERÁ PRESENTAR COMO DOCUMENTO EN LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS-----

PREGUNTA 19.- PARTIDA 4 MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS BBL LÖWENSTEIN-JENSEN CAJA CON 10 PIEZAS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR DICHA PARTIDA CON 60 DÍAS DE CADUCIDAD LO ANTERIOR POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, ENTREGANDO CARTA DE CANJE SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO, CON CARTA DE GARANTÍA DE CANJE Y LA DEBERÁ PRESENTAR COMO DOCUMENTO EN LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS-----

PREGUNTA 20.- PARTIDA 4 MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS BBL LÖWENSTEIN-JENSEN CAJA CON 10 PIEZAS 300. DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y LA CORTA CADUCIDAD CON LA QUE CUENTA LA PARTIDA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR DICHA PARTIDA DE MANERA CALENDARIZADA YA QUE LA CANTIDAD SOLICITADA ES CONSIDERABLE Y TIENE RIESGO DE QUE CADUQUE SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EN LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS, ENTREGUE CARTA COMPROMISO DE ENTREGAS PROGRAMADAS MENSUALES DE 50 CAJAS CADA MES-----

PREGUNTA 21.- PARTIDA 4 MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS BBL LÖWENSTEIN-JENSEN SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA ENTREGAR EL INSERTO SIN FOTOGRAFÍA YA QUE EN EL INSERTO DEL FABRICANTE NO VIENE LA FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO-----

PREGUNTA 22.- PARTIDA 6 6 OXIDASA (N N TETRAMETIL P-FENILENDIAMINO).PARA DETERMINAR LA REACCIÓN DE OXIDASA EN LAS BACTERIAS. DRY SLIDE. SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA ENTREGAR DICHA PARTIDAS CON 60 DÍAS DE CADUCIDAD POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ENTREGANDO CARTA DE CANJE SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO, CON CARTA DE GARANTÍA DE CANJE Y LA DEBERÁ PRESENTAR COMO DOCUMENTO EN LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS-----

PREGUNTA 23.- PARTIDA 7. PLATINUM TAQ DNA POLYMERASE (100 REACTIONS). CON LOS COMPONENTES PLATINUM TAQ DNA POLYMERASE, 10X PCR BUFFER MINUS MG, 50 MM.: MAGNESIUM CHLORIDE. CONCENTRACIÓN 5 U/UL. KIT PARA 500 REACCIONES LA PARTIDA QUE SOLICITA LA CONVOCANTE ES DE ORIGEN BRASILEÑO; POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SU INSERTO EN EL IDIOMA ORIGINAL (PORTUGUÉS) CON TRADUCCIÓN SIMPLE Y SIN FOTOGRAFÍA LO ANTERIOR YA QUE EN LA INFORMACIÓN

DEL FABRICANTE VIENEN LAS CARACTERÍSTICAS PERO NO LAS FOTOGRAFÍAS SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL-----

PREGUNTA 24.- PARTIDA 7.- PLATINUM TAQ DNA POLYMERASE (100 REACTIONS). CON LOS COMPONENTES PLATINUM TAQ DNA POLYMERASE, 10X PCR BUFFER MINUS MG, 50 MM. MAGNESIUM CHLORIDE. CONCENTRACIÓN 5 U/UL. KIT PARA 500 REACCIONES. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN PRESENTACIÓN DE KIT PARA 600 REACCIONES SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO-----

PREGUNTA 25.- PARTIDA 8 PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE TB. INMUNOCROMATOGRÁFICA LATERAL TB AG MPT64 RAPID KIT PARA 25 PRUEBAS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR DICHA PARTIDA CON 6 MESES DE CADUCIDAD LO ANTERIOR POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, ENTREGANDO CARTA DE CANJE SE ACEPTA-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO, CON CARTA DE GARANTÍA DE CANJE Y LA DEBERÁ PRESENTAR COMO DOCUMENTO EN LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS-----

PREGUNTA 26.- PARTIDA 10 RECOMBINANT RNASE INHIBITOR(INIHIIDOR DE RNASE) TAKARA EN LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA COLOCAN LA MARCA TAKARA SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EN OTRA MARCA LA PARTIDA SOLICITADA ASEGURANDO QUE TIENE LA MISMA CALIDAD Y PRESENTACIÓN SOLICITADA SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO-----

PREGUNTA 27.- PARTIDA 11 SOLUCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO EMJH (ELLINGHAUSEN, MC, CALLOUGH, HARRIS, JOHNSON) PARA LEPTOSPIRAS. CJA.C.6 FCOS.DE 100 ML C/U. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR DICHA PARTIDA CON 180 DÍAS DE CADUCIDAD LO ANTERIOR POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, ENTREGANDO CARTA DE CANJE SE ACEPTA-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO, CON CARTA DE GARANTÍA DE CANJE Y LA DEBERÁ PRESENTAR COMO DOCUMENTO EN LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS-----


PREGUNTA 28.- PARTIDA 12 SOLUCIÓN SALINA BALANCEADA DE HANKS, SIN NAHCO3, ESTÉRIL, GRADO C.T. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EL CATÁLOGO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PARTIDA SOLICITADA PERO SIN FOTOGRAFÍA LO ANTERIOR YA QUE EN LA INFORMACIÓN DEL FABRICANTE NO VIENE FOTOGRAFÍA; ACOMPAÑADO DE SU HOJA DE SEGURIDAD, SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO-----

PREGUNTA 29.- 13 SUPLEMENTO SELECTIVO MODIFICADO PARA BRUCELLA. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EL CATÁLOGO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PARTIDA SOLICITADA PERO SIN FOTOGRAFÍA LO ANTERIOR YA QUE EN LA INFORMACIÓN DEL FABRICANTE NO VIENE FOTOGRAFÍA, SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO-----

PREGUNTA 30.- PARTIDA: 14. TMB REACTIVOS SUPLEMENTARIOS PARA HSV, RUBÉOLA Y SARAMPIÓN. TMB SUSTRATO: 4 FRASCOS DE 30 ML; TMB CROMÓGENO: 4 FRASCOS DE 3 ML; SOLUCIÓN DE LAVADO POD: TAMPÓN FOSFATO CON TWEEN; SOLUCIÓN TAMPÓN COLOR AZUL (TRIS/HCL): 1 FRASCO DE 12.5 ML; SOLUCIÓN DE PARADA POD (H2SO4 0.25 MOL/L) KIT. 2. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EL CATÁLOGO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PARTIDA SOLICITADA PERO SIN FOTOGRAFÍA LO ANTERIOR YA QUE EN





LA INFORMACIÓN DEL FABRICANTE NO VIENE FOTOGRAFÍA, SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO-----

PREGUNTA 31.- PARTIDA 14. TMB REACTIVOS SUPLEMENTARIOS PARA HSV, RUBÉOLA Y SARAMPIÓN. TMB SUSTRATO: 4 FRASCOS DE 30 ML; TMB CROMÓGENO: 4 FRASCOS DE 3 ML; SOLUCIÓN DE LAVADO POD: TAMPÓN FOSFATO CON TWEEN; SOLUCIÓN TAMPÓN COLOR AZUL (TRIS/HCL): 1 FRASCO DE 12.5 ML; SOLUCIÓN DE PARADA POD (H2SO4 0.25 MOL/L) KIT. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR DICHA PARTIDA CON 8 MESES DE CADUCIDAD LO ANTERIOR POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, ENTREGANDO CARTA DE CANJE SE ACEPTA-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO, CON CARTA DE GARANTÍA DE CANJE Y LA DEBERÁ PRESENTAR COMO DOCUMENTO EN LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS-----

PREGUNTA 32.- PARTIDA 50 INICIADOR INFLUENZA PROBE-YAM2 FAM 5' CAGRCCAATGTGTGTGGGGAYCACACC 3'BHQ , HPLC. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR ESTA SECUENCIA CON MARCADOR HEX EN EL EXTREMO 3" (TRES-PRIMA), YA QUE DICHO FLUORÓFORO ESTÁ DENTRO DE LAS LONGITUDES DE ONDA DE ABSORCIÓN Y EMISIÓN QUE EL MARCADOR SOLICITADO POR EL CONVOCANTE. SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO-----

PREGUNTA 33.- PARTIDA 58 REGISTRO SANITARIO WESTERN BLOT CON ANTÍGENOS DE TREPONEMA PALLIDUM SEPARADOS ELECTROFORÉTICAMENTE PLUS, CARDIOLIPINA PURIFICADA. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTREGAR EL ACUERDO DE LA SECRETARIA DE SALUD EMITIDO EN EL DIARIO OFICIAL CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2011. DONDE INDICA LA LISTA DE MATERIALES QUE NO ESTÁN SUJETOS A REGISTRO; EL TÍTULO CUARTO MENCIONA QUE HAY MATERIALES QUE NO SE CONSIDERAN DE CONSUMO HUMANO Y, POR ENDE, NO REQUIEREN REGISTRO PARA SU VENTA Y DISTRIBUCIÓN. DICHS MATERIALES SE ENLISTARÁN EN EL ANEXO II DEL DOCUMENTO. ENLISTADOS SON LOS SIGUIENTES: 918. KIT DE INMUNOENSAYO PARA IDENTIFICAR MICROORGANISMOS EN ALIMENTOS 1060. MÉTODOS RÁPIDOS BASADOS EN INMUNO ENSAYO VISUAL PARA SER USADO EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 1064. MICROPLACAS PARA USO EN LABORATORIO ADJUNTANDO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LO QUE ENTREGAREMOS ES LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, ADJUNTANDO COPIA DE DICHO ACUERDO SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 58 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 34.- PARTIDA 58 CATALOGO. WESTERN BLOT CON ANTÍGENOS DE TREPONEMA PALLIDUM SEPARADOS ELECTROFORÉTICAMENTE PLUS, CARDIOLIPINA PURIFICADA. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EL CATÁLOGO CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PARTIDA SOLICITADA PERO SIN FOTOGRAFÍA LO ANTERIOR YA QUE EN LA INFORMACIÓN DEL FABRICANTE NO VIENE FOTOGRAFÍA, SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO-----

PREGUNTA 35.- PARTIDA 58.- WESTERN BLOT CON ANTÍGENOS DE TREPONEMA PALLIDUM SEPARADOS ELECTROFORÉTICAMENTE PLUS, CARDIOLIPINA PURIFICADA KIT DE 24 PRUEBAS I. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LO QUE OCUPA ES IGG O IGM-----

RESPUESTA: ES IGG-----

PREGUNTA 36.- PARTIDA 58.- WESTERN BLOT CON ANTÍGENOS DE TREPONEMA PALLIDUM SEPARADOS ELECTROFORÉTICAMENTE PLUS, CARDIOLIPINA PURIFICADA KIT DE 24 PRUEBAS I. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN DE 16 PRUEBAS SE ACEPTA?-----

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO

PREGUNTA 37.- PARTIDA 58.- WESTERN BLOT CON ANTÍGENOS DE TREPONEMA PALLIDUM SEPARADOS ELECTROFORÉTICAMENTE PLUS, CARDIOLIPINA PURIFICADA KIT DE 24 PRUEBAS I. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR DICHA PARTIDA CON 6 MESES DE CADUCIDAD LO ANTERIOR POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, ENTREGANDO CARTA DE CANJE SE ACEPTA

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO, CON CARTA DE GARANTÍA DE CANJE Y LA DEBERÁ PRESENTAR COMO DOCUMENTO EN LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

PREGUNTA 38.- PARTIDA 58 CATALOGO. WESTERN BLOT CON ANTÍGENOS DE TREPONEMA PALLIDUM SEPARADOS ELECTROFORÉTICAMENTE PLUS, CARDIOLIPINA PURIFICADA. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR DICHA PARTIDA EN UN TIEMPO DE ENTREGA 45 DÍAS, LO ANTERIOR YA QUE ES DE IMPORTACIÓN SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LO SOLICITADO

SE COMUNICA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA NO SE PODRÁ SOLICITAR NINGUNA ACLARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ADEMÁS LAS ACLARACIONES HECHAS EN ESTE ACTO, SERÁN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA Y LOS LICITANTES ESTÁN OBLIGADOS A OBSERVARLAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS 15:25 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

PRESIDENTA

SECRETARIO EJECUTIVO

M. EN G.A. ORALIA LANDEROS ROSAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LOS S.S.H.

L.A.P. RICARDO ROBERTO TREJO RUIZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE FINANZAS

VOCAL

VOCAL

C. GENARO GÓMEZ VARGAS
REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES

L.T.S. LETICIA RANGEL CANO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

VOCAL

VOCAL

L.C. CECILIA LÓPEZ CARRASCO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MTRA. JUANA ANA CORTEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

VOCAL

ASESOR

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE REGULACIÓN SANITARIA

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS

ASESOR

ASESOR

L.C.S.E. DIEGO ARTURO HERNÁNDEZ GARCÍA
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DE LOS S.S.H.

L.C. MARCIANO TELLEZ LICONA
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,
Y PROSPECTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR

ASESOR

L.A.P. ISRAEL MARTÍN ABURTO PÉREZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO

M.A.C.P. MIRNA SÁNCHEZ LARA
REPRESENTANTE DE OFICIALÍA MAYOR
DE GOBIERNO DEL ESTADO

ÁREA TÉCNICA

LICITANTE

QUÍM. MARCOS CASTELÁN SERRANO
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD
PÚBLICA DE HIDALGO

MANDÓ CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR
AL CORREO DEL COMITÉ

DISTRIBUIDORA LHAG,
S.A. DE C.V.

LICITANTE

ENVIO SUS PREGUNTAS
AL CORREO DEL COMITÉ

CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES,
S.A. DE C.V.