



**Secretaría de
Salud**
Hidalgo crece contigo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**FALLO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N107-2018
"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"
CON CARGO A APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL (ASE),
EJERCICIO FISCAL 2018.**

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2018**, REUNIDOS EN EL DOMICILIO QUE OCUPAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, UBICADO EN BLVD. PANORAMICO CUBITOS-LA PAZ NÚM. 407, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.P. 42094, PACHUCA DE SOTO HGO.-----

DISTRIBUIDORA ROVIKA, S.A. DE C.V.-----

NO PRESENTÓ SU PROPOSICIÓN TÉCNICA SOLICITADA EN EL ANEXO No. 2 Y DOCUMENTO VI, DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE A SU DESCALIFICACIÓN CON BASE EN EL PUNTO 2.7 INCISO A) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Y AL ARTÍCULO 40, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL ESTADO DE HIDALGO, LA CUAL QUEDA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA-----

SE INFORMA DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE PARTICIPANTE, CONFORME AL OFICIO No. **DUME 569/2018**, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, SIGNADO POR EL DR. FRANCISCO JAVIER CHONG BARREIRO, DIRECTOR DE LAS UNIDADES MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO; DONDE ENVÍA DICHA EVALUACIÓN DETERMINANDO LO SIGUIENTE:-----

EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 4-----

EN SU PROPOSICIÓN PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN LOS PUNTOS 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.8.1, 2.11, 2.12, 3.2, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.2, 4.3, 6.5, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 11.4, 12.3, 12.4 Y 13. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (ORIGINAL); DE ÉSTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE A SU DESCALIFICACIÓN CON BASE EN EL PUNTO 2.7 INCISO A) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Y AL ARTÍCULO 40, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL ESTADO DE HIDALGO, LA CUAL QUEDA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA-----

IMPULSORA LÍDER, S.A. DE C.V.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 14-----

EN SU PROPOSICIÓN PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN EL PUNTO 32 (SISTEMA BAIN) CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (ORIGINAL); DE ÉSTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA; EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, EN EL PUNTO 2 EL MANUAL A QUE HACE REFERENCIA NO MENCIONA DE QUE MATERIAL ES EL GABINETE; EN EL PUNTO 24, EL FOLLETO QUE PRESENTA NO HACE REFERENCIA A QUE CONTENGA ESFIGMOMANÓMETRO Y ESPIRÓMETRO; EL PUNTO 25 EN EL

FOLLETO NO MENCIONA QUE EL EQUIPO TENGA UN ESTIMULADOR DE NERVIOS PERIFÉRICOS SÓLO HACDE REFERENCIA A MONITORIZACIÓN NEUROLÓGICA; EN EL PUNTO 31, EL FOLLETO NO HACE REFERENCIA A LA BOLSA DE REINHALACIÓN CON CAPACIDAD DE 1.0 L; CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 DE ÉSTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. LA CARTA GARANTÍA QUE PRESENTA DICE DE 12 MESES Y SE SOLICITA DE 24 MESES APARTE QUE HACE MENCIÓN QUE ENTREGARÁ LOS BIENES EN EL HOSPITAL DEL NIÑO DIF DE HIDALGO CONTRARIO AL DOCUMENTO X DE ÉSTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE A SU DESCALIFICACIÓN CON BASE EN EL PUNTO 2.7 INCISO A) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Y AL ARTÍCULO 40, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL ESTADO DE HIDALGO, LA CUAL QUEDA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA.

INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS CEO, S. DE R.L. DE C.V.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 10

EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA OFERTA: EN EL PUNTO 5.2 TIEMPO DE LA BATERIA EN UN USO DE 3 HORAS Y SE SOLICITA DE 4 HORAS COMO MÍNIMO; EN EL PUNTO 6.1 LOONGITUD DE 3.5 MTS. Y SE SOLICITA DE 4 MTS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ANEXO 1 DE ÉSTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 14

EN SU PROPOSICIÓN OFERTA EN EL PUNTO 2 CON CUATRO RUEDAS Y DISPOSITIVO DE FRENO EN DOS DE ELLAS Y SE SOLICITA CON FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS. EN EL PUNTO 12 OFERTA CÁNISTER DE CAL SODADA DE 1420 GR. Y SE SOLICITA DE 1,500 GR. SE SOLICITA FILTRO DE CAL SODADA DOBLE Y LO OFERTA SENCILLO; CONTRARIO A LO ESTIPULADO EN EL ANEXO 1 DE ÉSTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN EL PUNTO 38, EN SU MANUAL LO PRESENTA COMO CODO Y LO OFERTA COMO PIEZA EN "T".

MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE A SU **DESCALIFICACIÓN** CON BASE EN EL PUNTO 2.7 INCISO A) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Y AL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL ESTADO DE HIDALGO, LA CUAL QUEDA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA.

FARMACÉUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 3

EN SU PROPOSICIÓN PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN LOS PUNTOS: 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8, 9, 13 Y 16; CONTRARIO A LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO VI DE ÉSTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA; PRESENTA CERTIFICADO ISO 9001:2008 CONTRARIO A LO SLICITADO EN EL DOCUMENTO XIII DE ÉSTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 4

EN SU PROPOSICIÓN PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN LOS PUNTOS: 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.8.1, 2.11, 2.12, 3.2, 3.4.1, 3.6.1, 3.9, 4.1.2, 4.3, 6.5, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 11.4, 12.3, 12.4 Y 13, CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA; OFERTA EL CARRO DE EMERGENCIA EN MARCA FRANCEHOPITAL Y PRESENTA CATÁLOGO DE MARCA PERSOLIFE; EN EL CATÁLOGO DEL LARINGOSCOPIO NO PRESENTA LAS HOJAS CURVAS NO. 00, 0, 3 Y 4 SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 DE ÉSTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 5-----

EN SU PROPOSICIÓN PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN: EL PESO SOPORTADO, POSICIONES TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, RANGO DE FOWLER, ALTURA Y DESCENSO, DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE, PARACHOQUES, ESPESOR DEL COLCHÓN, DIÁMETRO DE LAS RUEDAS, CANTIDAD DE CINTURONES PARA SUJECCIÓN DEL PACIENTE; CONTRARIO A LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO VI DE ÉSTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO ESPECIFICA UN DIÁMETRO DE RUEDAS DE 12.7 CM. Y SE SOLICITAN DE 20 CM. COMO MÍNIMO EN EL ANEXO 1 PARTIDA 5 DE ÉSTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. PRESENTA CERTIFICADO ISO 9001:2008 CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO XIII DE ÉSTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 10-----

EN SU PROPOSICIÓN PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN LOS PUNTOS: 3.2, 4.2.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.8.3, 5.2 Y 6.1; CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE ÉSTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN EL CATÁLOGO PRESENTADO NO MANIFIESTA DE QUE MATERIAL ESTÁ ESAMBLADA LA LÁMPARA. CONTRARIO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 PARTIDA 10 PUNTO 4. 2. DE ÉSTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE A SU **DESCALIFICACIÓN** CON BASE EN EL PUNTO 2.7 INCISO A) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Y AL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL ESTADO DE HIDALGO, LA CUAL QUEDA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA-----

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE DECLARA **DESIERTA** LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N107-2018, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO", CON BASE AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO EL PUNTO 2.8 INCISO B); DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, LA CUAL QUEDA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS **13:25 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

PRESIDENTA

M. EN G.A. ORALIA LANDEROS ROSAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LOS S.S.N.

SECRETARIO EJECUTIVO

L.A.P. RICARDO ROBERTO TREJO RUIZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE FINANZAS


VOCAL

C. GENARO GÓMEZ VARGAS
REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES

VOCAL


L.T.S. LETICIA RANGEL CANO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

VOCAL



L.C. CECILIA LÓPEZ CARRASCO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

VOCAL



MTRA. JUANA ANA CORTEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

VOCAL

NO SE PRESENTÓ


REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE REGULACIÓN SANITARIA

ASESOR

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS

ASESOR



L.C.S.P. DIEGO ARTURO HERNÁNDEZ GARCÍA
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DE LOS S.S.H.

ASESOR

NO SE PRESENTÓ


REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,
Y PROSPECTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR

NO SE PRESENTÓ


REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR



M.A.C.P. MIRNA SÁNCHEZ LARA
REPRESENTANTE DE OFICIALÍA MAYOR
DE GOBIERNO DEL ESTADO

AREA TÉCNICA



T. A. RICARDO GÓMEZ VINALES
DIRECCIÓN DE UNIDADES
MÉDICAS ESPECIALIZADAS

LICITANTE

NO SE PRESENTÓ

EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA
BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.

LICITANTE

NO SE PRESENTÓ

IMPULSORA LÍDER, S.A. DE C.V.

LICITANTE

NO SE PRESENTÓ

INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS CEO,
S. DE R.L. DE C.V.

LICITANTE

NO SE PRESENTÓ

DISTRIBUIDORA ROVIKA, S.A. DE C.V.

LICITANTE

NO SE PRESENTÓ

FARMACÉUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.