



**Secretaría de
Salud**
Hidalgo crece contigo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**FALLO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N168-2018
"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO", SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA DEL RAMO 33),
EJERCICIO FISCAL 2018.**

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS **14:00 HORAS DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2018**, REUNIDOS EN EL DOMICILIO QUE OCUPAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, UBICADO EN BLVD. PANORAMICO CUBITOS-LA PAZ NÚM. 407, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.P. 42094, PACHUCA DE SOTO HGO.

SE INFORMA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA, A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL PRESENTADA POR EL SIGUIENTE LICITANTE

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.

NO PRESENTÓ EL PADRÓN DE PROVEEDORES SOLICITADO EN EL PUNTO 2.3.3. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES DEL LICITANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE A SU **DESCALIFICACIÓN** CON BASE EN EL PUNTO 2.7 INCISO A) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Y AL ARTÍCULO 40, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL ESTADO DE HIDALGO, LA CUAL QUEDA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA

DERIVADO DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES, CONFORME AL OFICIO No. **015011**, DE FECHA **24 DE DICIEMBRE DE 2018**, SIGNADO POR EL MTRO. MAYOLO BALLESTEROS ACOSTA, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, DONDE ENVÍA DICHA EVALUACIÓN DETERMINANDO LO SIGUIENTE:

CARDIOMEGA, S.A. DE C.V.

CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDAS: 8, 9 Y 20

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 3

EL LICITANTE PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN SU PROPOSICIÓN PUNTO 1.1 CON CAPACIDAD DE LA CÁMARA: 281 A 460 LTS. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EL LICITANTE PRESENTA HOJA EN FORMATO LIBRE PARA MOSTRAR EL DOMINIO DEL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VII PÁRRAFO 3 EN EL CUAL DEBERÁ INDICAR PARA TODOS LOS CASOS LA DIRECCIÓN URL ESPECÍFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 14

EL LICITANTE PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN SU PROPOSICIÓN EN EL PUNTO 1 DETECCIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL POR EFECTO DOPPLER PULSADO O CONTINUO. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EL LICITANTE PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN SU PROPOSICIÓN EN EL PUNTO 2 TRANSDUCTOR DE 2 MHZ Ó 3 MHZ PARA USO ESPECÍFICO EN OBSTETRICIA. CONTRARIO A LO



SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EL LICITANTE PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN SU PROPOSICIÓN EN EL PUNTO 3 DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA LCD O ELECTROLUMINISCENTE. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 16-----

EL LICITANTE PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN SU PROPOSICIÓN EN EL PUNTO 5.4 CON AL MENOS UNA PUERTA O DOS CAJONES DEL MISMO MATERIAL DE LA INCUBADORA. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EL LICITANTE PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN SU PROPOSICIÓN EN EL PUNTO 5.11 CON AL MENOS SEIS ACCESOS PARA TUBOS AL INTERIOR DEL CAPACETE. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 21-----

EL LICITANTE PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN SU PROPOSICIÓN EN EL PUNTO 1 MONITOR CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EL LICITANTE PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN SU PROPOSICIÓN EN EL PUNTO 4 PANTALLA A COLOR TECNOLOGÍA LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 22-----

EL LICITANTE PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN SU PROPOSICIÓN EN EL PUNTO 1.1 TIPO LCD, LCD-TFT O TFT O LED. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EL LICITANTE PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN SU PROPOSICIÓN EN EL PUNTO 1.3 TAMAÑO MÍNIMO DE 12" (30 CM) O MAYOR. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 24-----

EL LICITANTE PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN SU PROPOSICIÓN EN EL PUNTO 2.1 TIPO LCD, LCD-TFT O TFT O LED. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EL LICITANTE PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN SU PROPOSICIÓN EN EL PUNTO 2.3 TAMAÑO MÍNIMO DE 5.7" O MAYOR. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

MOTIVO POR EL CUAL ESTAS PARTIDAS NO FUERON TOMADAS EN CUENTA PARA SU EVALUACIÓN ECONÓMICA-----

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 8-----

EL LICITANTE NO PRESENTA DIRECCIÓN URL EN HOJA ANEXA EN FORMATO LIBRE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VII PÁRRAFO 3 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EL LICITANTE OFERTA UN BIEN EL CUAL NO CUMPLE CON EL PUNTO 17 LÁMPARA DE ENFOQUE CONTINUO QUE PERMITE SOLO GIRAR LA LÁMPARA 45 GRADOS HACIA AMBOS LADOS, LO CUAL NO ASEGURA QUE PERMITE EL ACCESO DEL EQUIPO DE RAYOS X SOLICITADO EN EL MISMO PUNTO DEL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EL LICITANTE OFERTA UN BIEN EL CUAL NO CUMPLE CON EL PUNTO 20 CUATRO TOMACORRIENTES O TOMAS DE CORTESÍA PARA EQUIPO PERIFÉRICO, LO CUAL NO ESPECÍFICA QUE SE ENCUENTRE INTERCONSTRUIDO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MISMO PUNTO DEL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 9

EL LICITANTE NO PRESENTA DIRECCIÓN URL EN HOJA ANEXA EN FORMATO LIBRE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VII PÁRRAFO 3 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 15

EL LICITANTE NO PRESENTA DIRECCIÓN URL EN HOJA ANEXA EN FORMATO LIBRE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VII PÁRRAFO 3 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EL LICITANTE PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN SU PROPOSICIÓN PUNTO 16.1 MONITOR CONFIGURADO O MODULAR. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EL LICITANTE PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN SU PROPOSICIÓN PUNTO ACCESORIOS: TANQUE DE OXÍGENO TIPO E Ó D. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EL LICITANTE PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN SU PROPOSICIÓN PUNTO CONSUMIBLES: SENSOR DESECHABLE O REUSABLE. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDA 16

EL LICITANTE NO PRESENTA DIRECCIÓN URL EN HOJA ANEXA EN FORMATO LIBRE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VII PÁRRAFO 3 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EL LICITANTE PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN SU PROPOSICIÓN PUNTO 5.2 BASE RODABLE CON CUATRO RODAJAS DE POLIPROPILENO DE 5" CON RODAMIENTOS DE PRECISIÓN A ELEGIR ENTRE: DOS RUEDAS CON FRENO Y DOS RUEDAS SIN FRENO. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE A SU DESCALIFICACIÓN CON BASE EN EL PUNTO 2.7 INCISO A) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Y AL ARTÍCULO 40, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL ESTADO DE HIDALGO, LA CUAL QUEDA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA

INMEDICEN, S.A. DE C.V.

CUMPLE EN EL ANEXO No. 1, PARTIDAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20 Y 21

POR LO QUE SE DÁ A CONOCER EL FALLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, TAL Y COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

CARDIOMEGA, S.A. DE C.V.

PARTIDAS COTIZADAS	PARTIDAS QUE CUMPLEN TÉCNICAMENTE	PARTIDAS ADJUDICADAS	IMPORTE TOTAL ADJUDICADO CON IVA
ANEXO No. 1 PARTIDA 3 PARTIDA 8 PARTIDA 9 PARTIDA 14 PARTIDA 16 PARTIDA 20 PARTIDA 21 PARTIDA 22 PARTIDA 24	ANEXO No. 1 PARTIDA 8 PARTIDA 9 PARTIDA 20	ANEXO No. 1 PARTIDA 8 PARTIDA 9 PARTIDA 20	\$7'553,740.20

INMEDICEN, S.A. DE C.V.

PARTIDAS COTIZADAS	PARTIDAS QUE CUMPLEN TÉCNICAMENTE	PARTIDAS ADJUDICADAS	IMPORTE TOTAL ADJUDICADO CON IVA
ANEXO No. 1	ANEXO No. 1		
PARTIDA 2	PARTIDA 2		
PARTIDA 3	PARTIDA 3	ANEXO No. 1	
PARTIDA 4	PARTIDA 4	PARTIDA 2	
PARTIDA 5	PARTIDA 5	PARTIDA 3	
PARTIDA 6	PARTIDA 6	PARTIDA 4	
PARTIDA 7	PARTIDA 7	PARTIDA 5	
PARTIDA 8	PARTIDA 8	PARTIDA 6	
PARTIDA 9	PARTIDA 9	PARTIDA 7	
PARTIDA 10	PARTIDA 10	PARTIDA 10	
PARTIDA 11	PARTIDA 11	PARTIDA 11	
PARTIDA 12	PARTIDA 12	PARTIDA 12	
PARTIDA 13	PARTIDA 13	PARTIDA 13	
PARTIDA 17	PARTIDA 17	PARTIDA 17	
PARTIDA 18	PARTIDA 18	PARTIDA 18	
PARTIDA 20	PARTIDA 20		
PARTIDA 21	PARTIDA 21		
			\$15'041,720.00

ANEXO No. 1 PARTIDAS: 1, 14, 15, 16, 19, 22, 23 Y 24; SE DECLARAN DESIERTAS POR NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE Y/O NO HABER SIDO COTIZADAS POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES

ANEXO No. 1 PARTIDA: 21; SE DECLARA DESIERTA EN VIRTUD DE QUE EL PRECIO OFERTADO NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE, PORQUE REBASÓ EL TECHO PRESUPUESTAL

CON LA FINALIDAD DE FORMALIZAR LA PRESENTE LICITACIÓN, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO; LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁ SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y PRESENTARSE A FIRMARLO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS **14:30 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

PRESIDENTA

SECRETARIO EJECUTIVO

M. EN G.A. ORALIA LANDEROS ROSAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LOS S.S.H.

L.A.P. RICARDO ROBERTO TREJO RUIZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE FINANZAS

VOCAL



C. GENARO GÓMEZ VARGAS
REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES

VOCAL

NO SE PRESENTÓ


REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

VOCAL

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE REGULACIÓN SANITARIA

ASESOR




L.C.S.E. DIEGO ARTURO HERNÁNDEZ GARCÍA
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DE LOS S.S.H.

ASESOR

NO SE PRESENTÓ


REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ÁREA TÉCNICA



ING. CESAR GARCÍA BENITEZ
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL

VOCAL



L.T.S. LETICIA RÁNGEL CANO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

VOCAL

NO SE PRESENTÓ


DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

ASESOR

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS

ASESOR




L.C. MARCIANO TELLEZ LICONA
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,
Y PROSPECTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE OFICIALÍA MAYOR
DE GOBIERNO DEL ESTADO

ÁREA TÉCNICA



L.C. EDUARDO GARCÍA RÍOS
DIRECCIÓN DE SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN



Secretaría de
Salud
Hidalgo crece contigo



LICITANTE

LICITANTE

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ

CARDIOMEGA, S.A. DE C.V.

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES,
S.A. DE C.V.

LICITANTE

NO SE PRESENTÓ

INMEDICEN, S.A. DE C.V.