



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N20-2018
"MATERIALES MÉDICOS Y DE LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS"
CON CARGO A SISTEMA ESTATAL DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN (SECR) Y RAMO 18 SALUD,
EJERCICIO FISCAL 2018.

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 26 DE MARZO DE 2018, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, CUYOS NOMBRES FIGURAN EN EL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA, UBICADO EN BLVD. PANORÁMICO CUBITOS-LA PAZ NÚM. 407, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.P. 42094, PACHUCA DE SOTO HGO., SE PROCEDIÓ AL PASE DE LISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA, SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N20-2018, "MATERIALES MÉDICOS Y DE LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS", EN RELACIÓN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

LABORATORIOS LICÓN, S.A., PRESENTÓ CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR, SIN REALIZAR PREGUNTAS.

1.- SE COMUNICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2018 A LAS 13:00 HORAS, EN EL MISMO LUGAR DONDE SE LEVANTA LA PRESENTE.

2.- LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE ORDENADAS DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 2.3 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

3.- LA FECHA Y HORA DE FALLO DE LA LICITACIÓN SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

4.- PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1) ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 2) MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 3) PODER NOTARIAL DONDE SE FACULTE AL APODERADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DERIVADOS DE LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 4) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 5) CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 6) IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LA PERSONA FACULTADA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO. 7) ARTÍCULO 32-D OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ACTUALIZADO, 8) REGISTRO ACTUALIZADO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y 9) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR ESCRITO, EN HOJA MEMBRETADA, CON SELLO AUTORIZADO Y/O VALIDADO DE LA EMPRESA Y SUSCRITO POR LA PERSONA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, CON LOS SIGUIENTES DATOS; DOMICILIO FISCAL Y/O LEGAL DE LA EMPRESA, NÚMEROS TELEFÓNICOS, FAX, CORREOS ELECTRÓNICOS, PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR OFICIOS Y EN SU CASO APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL.

5.- LA FACTURACION DEBERÁ SER CON LA DIRECCIÓN DE BOULEVARD DE LA MINERIA No. 130, LA PUERTA DE HIERRO, MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42086.

6.- LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN ACREDITAR A MÁS TARDAR HASTA EL ACTO DE FALLO, QUE CUENTA CON SU REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON EL GIRO CORRESPONDIENTE A ESTA LICITACIÓN; SE LES SUGIERE PRESENTARLO TAMBIÉN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN ORIGINAL Y COPIA POR AMBOS LADOS. SI LLEGADA LA FECHA DEL



ACTO DE FALLO NO CUENTA ESTA CONVOCANTE CON DICHO REGISTRO NO SE PROCEDERÁ A ALGUNA ADJUDICACIÓN.

ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA TECNICA

EN LA REFERENCIA No. 35 DICE: AGUJA PARA TOMA MÚLTIPLE 21G X 38 MM CON BROCHE DE SEGURIDAD COLOR VERDE; DEBE DECIR: AGUJA PARA TOMA MÚLTIPLE DE 21G X 32 MM CON BROCHE DE SEGURIDAD COLOR VERDE -

EL LICITANTE PARTICIPANTE REALIZA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

DISTRIBUIDORA LHAG, S.A. DE C.V. MANDO AL CORREO DEL COMITÉ CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR Y SUS PREGUNTAS SIENDO LAS SIGUIENTES

PREGUNTA 1.- PÁG. 12: DOCUMENTO IX, FORMATO QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN CASO DE EXISTIR IGUALDAD DE CONDICIONES, SE DARÁ PREFERENCIA A LAS PERSONAS QUE INTEGREN EL SECTOR DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL ESTADO. (ANEXO Nº 6), SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA, ESCRITO LIBRE DONDE MANIFESTAMOS QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN LA ESTRATIFICACIÓN DE MIPYMES.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN Y SE ACEPTA SU PROPUESTA

PREGUNTA 2.- ANEXO No 1: REFERENCIA No. 35, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA TOMA MÚLTIPLE DE MEDIDA 31G X 32 MM QUE CORRESPONDE A LA AGUJA PARA TOMA MÚLTIPLE 21G X 38 MM CON BROCHE DE SEGURIDAD COLOR VERDE.

RESPUESTA: YA SE DIO RESPUESTA

PREGUNTA 3.- PÁG. 12, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE POR FAVOR EN EL DOCUMENTO XI. ESTÁN SOLICITANDO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR COPIA LEGIBLE DEL CERTIFICADO ISO 9001:2008 Y/O CERTIFICADO ISO 9001:2015, VIGENTES DESDE SU PRESENTACIÓN EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES Y HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. EL CUAL QUE DEBERÁ CORRESPONDER AL FABRICANTE QUE INDIQUE SU PROPOSICIÓN. (EL NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN). ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE ESTE ORGANISMO ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN SOLO APLICA A LOS ORGANISMOS DE LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD QUE SON LOS LABORATORIOS DE ENSAYO (MAQUILA), LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN, LABORATORIOS CLÍNICOS, UNIDADES DE VERIFICACIÓN (ORGANISMOS DE INSPECCIÓN) Y ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN, PROVEEDORES DE ENSAYOS DE APTITUD Y NO PARA LOS LICITANTES EN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001.2008 Y/O ISO 9001: 2015. ¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: SI, DEBERÁ PRESENTAR SU COPIA LEGIBLE DEL CERTIFICADO ISO 9001:2008 Y/O ISO 9001:2015 VIGENTE, DE LO CONTRARIO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN

PREGUNTA 4.- PÁG. 12, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE PARA EL DOCUMENTO XI, LO QUE SOLICITAN ES EL ISO 13485 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA DISPOSITIVOS MEDICOS (EQUIPOS) Y NO EL ISO 9001:2008 Y/O ISO 9001:2015 (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LOS LICITANTES). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: NO ES CORRECTA LA APRECIACIÓN, SE SOLICITA EL CERTIFICADO ISO 9001:2008 Y/O ISO 9001:2015

PREGUNTA 5.- ANEXO No. 1, LISTADO DE BIENES. CONCEPTO ÚNICO PARTIDA: 251001. SUSTANCIAS QUÍMICAS. DADA LA NATURALEZA BIOLÓGICA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS CON NÚMERO DE REFERENCIA 7, 8, 9 Y 14, NO ES POSIBLE CONTAR CON LA CADUCIDAD SOLICITADA POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DICHOS PRODUCTOS CON 6 MESES DE CADUCIDAD. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA CARTA COMPROMISO DE CANJE POR TÉRMINO DE SU VIGENCIA DE LAS PARTIDAS 7,8,9 Y 14 Y DEBERÁ PRESENTARLA EN LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 6.- ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERÁ INSCRIBIR AL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DE HIDALGO A PROGRAMAS DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD (CONTROL DE CALIDAD EXTERNO) QUE DEBERÁN CONTAR CON LA ACREDITACIÓN ANTE LA NMX-EC-17043-IMNC-2010 (ISO/IEC 17043:2010) POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD, PARA LAS DETERMINACIONES DE INMUNOHEMATOLOGÍA, SEROLOGÍA INFECCIOSA Y BIOLOGÍA MOLECULAR CUALITATIVA (NAT), TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 15.1.4 DE LA NOM 253 SSA1 2012 "LOS PROVEEDORES DE LAS MUESTRAS PARA EL CONTROL EXTERNO DE LA CALIDAD, DEBERÁN CONTAR CON EL RECONOCIMIENTO DE SU CAPACIDAD TÉCNICA Y CONFIABILIDAD POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD". LO CUAL DEBERÁ ESTAR RESPALDADO CON CARTA DE APOYO POR PARTE DEL PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBERÁ INSCRIBIR AL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DE HIDALGO, A PROGRAMAS DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD PARA LAS DETERMINACIONES DE INMUNOHEMATOLOGÍA, SEROLOGÍA INFECCIOSA Y BIOLOGÍA MOLECULAR CUALITATIVA (NAT)-----

PREGUNTA 7.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME SI EL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA REALIZARA LAS DETERMINACIONES RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES Y EN SU CASO LAS CANTIDADES A CONSIDERAR, ESTO EN VIRTUD QUE ES LA UNIDAD CONCENTRADORA EN LOS ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS. ¿FAVOR DE ACLARAR?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN INCLUYENDO A LOS PACIENTES QUE ASÍ LO REQUIERAN-----

PREGUNTA 8.- ANEXO TÉCNICO, PÁG.37 Y 38, DICE: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBE PROPORCIONAR EN COMODATO EQUIPO AUTOMATIZADO PARA AFÉRESIS (TRES MÁQUINAS DE AFÉRESIS) EN EL CETS. SISTEMA AUTOMATIZADO DE AFÉRESIS, SISTEMA DE FLUJO CONTINUO Y FUNCIONALMENTE CERRADO, UNIPUNCIÓN, PANTALLA "TOUCH SCREEN", VOLUMEN EXTRACORPÓREO DE 196 ML, OBTENCIÓN DE DOBLE PRODUCTO DE CONCENTRADO ERITROCITARIO LEUCORRÉDUCIDO (<1X106 LEUCOCITOS), OBTENCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PLAQUETAS, PLASMA Y DE DOBLE CONCENTRADO ERITROCITARIO FUERA DE LA MÁQUINA, TIEMPOS CORTOS DE PROCEDIMIENTO (60 MIN PROMEDIO), FÁCIL MANEJO; FÁCIL TRANSPORTACIÓN POR SU PESO LIGERO (84 KG) Y FÁCIL INSTALACIÓN POR SU TAMAÑO. IDIOMA ESPAÑOL, SOFTWARE ESCALABLE, NOS PERMITE PROGRAMAR EN LA CONFIGURACIÓN PARÁMETROS PARA DEFINIR PRODUCTOS, PROTECCIÓN DEL DONADOR Y PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA. SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE UN PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A CADA DONADOR. CONTROL AUTOMÁTICO DE ÁCD. 3 SELLADORES DE ALTA FRECUENCIA AUTOMÁTICOS CON PRECORTE (NO REQUIERE TIJERAS PARA SEPARAR LA TUBERÍA), 1 PANTALLA LCD DIGITAL A COLOR DE MANEJO AMIGABLE, LUZ INDICADORA PARA INFORMACIÓN AL OPERADOR DE POSIBLES ERRORES DE COLOCACIÓN, ASÍ COMO PROBLEMAS DE FLUJO. 10 DETECTORES ÓPTICOS, 3 BALANZAS PARA LA MEDICIÓN DEL PESO DEL PLASMA, BUFFY COAT Y RETORNO DE LA SOLUCIÓN ADITIVA. PRENSA ANGULAR PARA EVITAR CONTAMINACIÓN POR GR Y ESTANDARIZAR PEQUEÑOS VOLÚMENES, PROGRAMACIÓN FLEXIBLE PARA TODO TIPO DE FRACCIONAMIENTO Y TIPO DE BOLSA UTILIZADA Y CON PANTALLA INDICADORA DE TÉCNICA DE FRACCIONAMIENTO. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE,



NOS ACLARE QUE LOS PUNTOS SOLICITADOS EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO QUE DICE: 3 SELLADORES DE ALTA FRECUENCIA AUTOMÁTICOS CON PRECORTE (NO REQUIERE TIJERAS PARA SEPARAR LA TUBERÍA), 1 PANTALLA LCD DIGITAL A COLOR DE MANEJO AMIGABLE, LUZ INDICADORA PARA INFORMACIÓN AL OPERADOR DE POSIBLES ERRORES DE COLOCACIÓN, ASÍ COMO PROBLEMAS DE FLUJO. 10 DETECTORES ÓPTICOS, 3 BALANZAS PARA LA MEDICIÓN DEL PESO DEL PLASMA, BUFFY COAT Y RETORNO DE LA SOLUCIÓN ADITIVA. PRENSA ANGULAR PARA EVITAR CONTAMINACIÓN POR GR Y ESTANDARIZAR PEQUEÑOS VOLÚMENES, PROGRAMACIÓN FLEXIBLE PARA TODO TIPO DE FRACCIONAMIENTO Y TIPO DE BOLSA UTILIZADA Y CON PANTALLA INDICADORA DE TÉCNICA DE FRACCIONAMIENTO, PERTENECEN A LA DESCRIPCIÓN DEL EXTRACTOR AUTOMÁTICO DEL COMPONENTE SANGUÍNEO Y NO A LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE AFÉRESIS, FAVOR DE ACLARAR?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA DESCRIPCIÓN PERTENECE AL EXTRACTOR AUTOMÁTICO. -----

PREGUNTA 9.- ANEXO TÉCNICO, PÁG. 38, DICE: CARACTERÍSTICAS GENERALES: 1.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBE PROPORCIONAR EN COMODATO SILLÓN DE SANGRADO PARA 3 MÁQUINAS DE AFÉRESIS Y 4 SILLONES DE DONACIÓN PARA EL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, LOS SILLONES SOLICITADOS DEBEN TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, QUE SON CON LOS QUE ACTUALMENTE CUENTA EL C.E.T.S. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?, ASEGURA LA PROTECCIÓN Y COMODIDAD DEL DONADOR Y EL FLEBOTOMISTA. UNIDO CON CHAROLAS PARA COLOCAR EL MONITOR DE RECOLECCIÓN DE SANGRE, APARATO BP, ACCESORIOS COMO TORUNDAS DE ALGODÓN, SOLUCIÓN DE BETADINE, CURITAS, SOPORTE IV, ETC. PUEDE INTERCONECTARSE AL MONITOR DE RECOLECCIÓN DE SANGRE. NO REQUIERE FUENTE DE ALIMENTACIÓN SEPARADA. FÁCIL MANIOBRABILIDAD CON SISTEMA DE FIJACIÓN DE RUEDAS GIRATORIAS. ALTA COMODIDAD DEL PACIENTE, QUE LE PERMITE SENTARSE A LA ALTURA ÓPTIMA Y MOVER RÁPIDAMENTE EL DESCANSABRAZOS CON INCLINACIÓN Y ALTURA AJUSTABLES. COJÍN PARA LA CABEZA QUE SE AJUSTA A LOS REQUERIMIENTOS DE DIFERENTES ALTURAS DE LOS DONADORES. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110/230 ±10%V, 60/50HZ, CA MONOFÁSICA, CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (APROX.) 150 KG. MOVIMIENTO / POSICIÓN CUALQUIER POSICIÓN INTERMEDIA ENTRE LA POSICIÓN DEL ASIENTO Y LA POSICIÓN DE ATAQUE VASOVAGAL, TAPICERÍA SUAVE DE 2.5 PULGADAS DE ESPESOR PESO 75 KG-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA SU PROPUESTA-----

SE COMUNICA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA NO SE PODRÁ SOLICITAR NINGUNA ACLARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ADEMÁS LAS ACLARACIONES HECHAS EN ESTE ACTO, SERÁN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA Y LOS LICITANTES ESTAN OBLIGADOS A OBSERVARLAS.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS 12:55 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----


**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

PRESIDENTA


M. EN G.A. ORALIA LANDEROS ROSAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LOS S.S.H

SECRETARIO EJECUTIVO

L.A.P. RICARDO ROBERTO TREJO RUIZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE FINANZAS


<p>VOCAL</p> <p></p> <hr/> <p>C. GENARO GÓMEZ VARGAS REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES</p>	<p>VOCAL</p> <p></p> <hr/> <p>L.T.S. LETICIA RANGEL CANO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN</p>
<p>VOCAL</p> <p></p> <hr/> <p>L.C. CÉCILIA LÓPEZ CARRASCO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN</p>	<p>VOCAL</p> <p></p> <hr/> <p>MTRA. JUANA ANA CORTEZ HERNÁNDEZ DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA</p>
<p>VOCAL</p> <p>NO SE PRESENTÓ</p> <hr/> <p>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN SANITARIA</p>	<p>ASESOR</p> <p>NO SE PRESENTÓ</p> <hr/> <p>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS</p>
<p>ASESOR</p> <p></p> <hr/> <p>L.C. ESTEBAN BASILIO CERVANTES MONROY REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS S. S.H</p>	<p>ASESOR</p> <p></p> <hr/> <p>L.C. MARCIANO TELLEZ LICONA REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, Y PROSPECTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO</p>
<p>ASESOR</p> <p>NO SE PRESENTÓ</p> <hr/> <p>REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO</p>	<p>ASESOR</p> <p></p> <hr/> <p>M.A.C.P. MIRNA SANCHEZ LARA REPRESENTANTE DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO</p>

ÁREA TÉCNICA




DR. ANTONIO EDUARDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN
SANGUÍNEA

LICITANTE



I.B.T. MARÍA ERENDIRA VERTÍZ ORTIZ
DISTRIBUIDORA LHAG,
S.A. DE C.V.

LICITANTE



LIC. ROSALBA CORONA ARREGOITE
LABORATORIOS LICON, S.A.