

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N2-2019
"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO",
CON CARGO A RAMO 18 SALUD,
EJÉRCICIO FISCAL 2018.

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 17 DE ENERO DE 2019, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, CUYOS NOMBRES FIGURAN EN EL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA, UBICADO EN BLVD. PANORÁMICO CUBITOS-LA PAZ NÚM. 407, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.P. 42094, PACHUCA DE SOTO HGO., SE PROCEDIÓ AL PASE DE LISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA, SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N2-2019 "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO", EN RELACIÓN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- SE COMUNICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22 DE ENERO DE 2019 A LAS 11:00 HORAS, EN EL MISMO LUGAR DONDE SE LEVANTA LA PRESENTE.
- 2.- LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE ORDENADAS DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 2.3 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.
- 3.- LA FECHA Y HORA DE FALLO DE LA LICITACIÓN SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
- 4.- PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1) ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 2) MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 3) PODER NOTARIAL DONDE SE FACULTE AL APODERADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DERIVADOS DE LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 4) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 5) CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 6) IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LA PERSONA FACULTADA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO. 7) ARTÍCULO 32-D OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ACTUALIZADO, 8) REGISTRO ACTUALIZADO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y 9) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR ESCRITO, EN HOJA MEMBRETADA, CON SELLO AUTORIZADO Y/O VALIDADO DE LA EMPRESA Y SUSCRITO POR LA PERSONA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, CON LOS SIGUIENTES DATOS; DOMICILIO FISCAL Y/O LEGAL DE LA EMPRESA, NÚMEROS TELEFÓNICOS, FAX, CORREOS ELECTRÓNICOS, PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR OFICIOS Y EN SU CAÑO APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL.
- 5.- LA FACTURACIÓN DEBERÁ SER CON LA DIRECCIÓN DE BOULEVARD DE LA MINERÍA No. 130, LA PUERTA DE HIERRO, MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42086.
- 6.- LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN ACREDITAR A MÁS TARDAR HASTA EL ACTO DE FALLO, QUE CUENTA CON SU REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON EL GIRO CORRESPONDIENTE A ESTA LICITACIÓN; SE LES SUGIERE PRESENTARLO TAMBIÉN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN ORIGINAL Y COPIA POR AMBOS LADOS. SI LLEGADA LA FECHA DEL ACTO DE FALLO NO CUENTA ESTA CONVOCANTE CON DICHO REGISTRO NO SE PROCEDERÁ A ALGUNA ADJUDICACIÓN.

ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

SE RATIFICA LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

EL LICITANTE PARTICIPANTE REALIZA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTA 1.- ANEXO 1-B, PARTIDA 2, CARRO DE SOPORTE DE VIDA CON DESFIBRILADOR, PUNTO 5.6 DICE "TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 7 SEGUNDOS PARA MÁXIMA CARGA.". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A QUE EL TIEMPO EN ESTE TIPO DE EVENTOS JUEGA UN PAPEL CRUCIAL, QUE CONSIDERE UN TIEMPO DE CARGA A 200 J MENOR A 4 SEGUNDOS, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-B, PARTIDA 2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 2.- ANEXO 1-B, PARTIDA 2, CARRO DE SOPORTE DE VIDA CON DESFIBRILADOR, PUNTO 6.2 DICE "CON DESPLIEGUE DIGITAL Y DE ONDA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA CARDIACA. DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG...". EN ESTE SENTIDO, Y DADA LA IMPORTANCIA QUE REVISTE LA MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES EN EL PACIENTE EN ESTOS EVENTOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA CAPACIDAD A FUTURO DE MEDICIÓN DE PNI EN EL EQUIPO, ESTO SIN QUE SE TENGA UN IMPACTO EN EL COSTO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS LICITANTES PARTICIPANTES

PREGUNTA 3.- ANEXO 1-B, PARTIDA 2, CARRO DE SOPORTE DE VIDA CON DESFIBRILADOR, PUNTO 6.2 DICE "CON DESPLIEGUE DIGITAL Y DE ONDA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA CARDIACA. DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG...". EN ESTE SENTIDO, Y DADA LA IMPORTANCIA QUE REVISTE LA MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES EN EL PACIENTE EN ESTOS EVENTOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA CAPACIDAD A FUTURO DE MEDICIÓN DE CO2 EN EL EQUIPO, ESTO SIN QUE SE TENGA UN IMPACTO EN EL COSTO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS LICITANTES PARTICIPANTES

PREGUNTA 4.- ANEXO 1-B, PARTIDA 2, CARRO DE SOPORTE DE VIDA CON DESFIBRILADOR, PUNTO 6.2 DICE "CON DESPLIEGUE DIGITAL Y DE ONDA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA CARDIACA. DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG...". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE DAR HERRAMIENTAS CRUCIALES AL MÉDICO DE DIAGNÓSTICO, SE SOLICITA CONSIDERE PARA EL DESPLIEGUE COMO MÍNIMO DE CUATRO CANALES SIMULTÁNEOS, SIN MENOSCABO DE LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS Y SIN GENERAR UN COSTO ADICIONAL EN EL EQUIPO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA ESTA SOLICITUD?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE

PREGUNTA 5.- ANEXO 1-B, PARTIDA 2, CARRO DE SOPORTE DE VIDA CON DESFIBRILADOR, PUNTO 9.3 DICE "QUE PERMITA DAR 30 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA Ó 1.5 HORAS DE MONITOREO CONTINUO COMO MÍNIMO". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE CUBRIR MAYOR NÚMERO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA, SE PIDE A LA CONVOCANTE CONSIDERE UNA BATERÍA DE MAYOR DURACIÓN, LA CUAL OTORQUE HASTA 100 DESFIBRILACIONES Y 3 HORAS DE MONITOREO CONTINUO, SIN MENOSCABO DE LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS Y SIN GENERAR UN COSTO ADICIONAL EN EL EQUIPO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-B, PARTIDA 2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 6.- ANEXO 1-B, PARTIDA 2, CARRO DE SOPORTE DE VIDA CON DESFIBRILADOR, PUNTO 9.4 DICE "TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 4 HORAS PARA ALCANZAR POR LO MENOS EL 90% DE LA CAPACIDAD DE LA BATERÍA". SE PIDE A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE LA BATERÍA DEL EQUIPO ESTÉ CARGADA AL 100 % COMO MÁXIMO EN 3 HORAS, CON LA INTENCIÓN DE QUE EL EQUIPO ESTÉ RÁPIDAMENTE DISPONIBLE PARA UN TRASLADO O URGENCIA, Y A SU VEZ PERMITA QUE LA BATERÍA QUEDE COMPLETAMENTE CARGADA Y PERDUREN ASÍ SUS PROPIEDADES DE CARGA AL 100 %, ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-B, PARTIDA 2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO-----

PREGUNTA 7.- BASES DE LICITACIÓN SIN PUNTO. ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE NOS ACLARE A QUIEN VAN DIRIGIDOS LOS ANEXOS Y CARTAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN?-----


RESPUESTA: VAN DIRIGIDOS A LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO-----

SE COMUNICA QUE A PARTIR DE ÉSTA FECHA NO SE PODRÁ SOLICITAR NINGUNA ACLARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ADEMÁS LAS ACLARACIONES HECHAS EN ESTE ACTO, SERÁN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA Y LOS LICITANTES ESTÁN OBLIGADOS A OBSERVARLAS.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS 11:55 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

PRESIDENTA



M. EN G.A. ORALIA LANDEROS ROSAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LOS S.S.H.

SECRETARIO EJECUTIVO




L.A.P. RICARDO ROBERTO TREJO RUIZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE FINANZAS

VOCAL




C. GENARO GÓMEZ VARGAS
REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES

VOCAL



L.T.S. LETICIA RANGEL CANO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

VOCAL



L.C. CECILIA LÓPEZ CARRASCO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

VOCAL

NO SE PRESENTÓ


DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

VOCAL

NO SE PRESENTÓ


REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE REGULACIÓN SANITARIA

ASESOR




LIC. ELIZABETH AUSTRIA CORTÉS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS

ASESOR




L.C. ESTEBAN BASILIO CERVANTES MONROY
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DE LOS S.S.H.

ASESOR




L.C. MARCIANO TELLEZ LICONA
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,
Y PROSPECTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR



L.A.P. ISRAEL MARTÍN ABURTO PÉREZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR




M.A.C.P. MIRNA SÁNCHEZ LARA
REPRESENTANTE DE OFICIALÍA MAYOR
DE GOBIERNO DEL ESTADO

ÁREA TÉCNICA

L.C. EDUARDO GARCÍA RÍOS
DIRECCIÓN DE SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN

ÁREA TÉCNICA



ING. MOISES OLIVA LORENZO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL

LICITANTE

MANDÓ CARTA DE INTERÉS EN
PARTICIPAR Y PREGUNTAS
AL CORREO DEL COMITÉ

EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA
EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.