



Secretaría de
Salud
Hidalgo crece contigo



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

FALLO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N58-2018
"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO", SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
CON CARGO A APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL (ASE)
EJERCICIO FISCAL 2018.

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018, REUNIDOS EN EL DOMICILIO QUE OCUPAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, UBICADO EN BLVD. PANORAMICO CUBITOS-LA PAZ NÚM. 407, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.P. 42094, PACHUCA DE SOTO HGO.

ASÍ MISMO SE COMUNICA DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DEL LICITANTE PARTICIPANTE, CONFORME AL OFICIO No. 016227, DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SIGNADO POR LA DRA. ROSA ELENA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ; SUBDIRECTORA DE ESTRATEGIAS Y APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO; ELABORANDO EL DICTÁMEN LA C. DRA. GUADALUPE ZARATE FLORES; DONDE ENVÍAN LA EVALUACIÓN DETERMINANDO LO SIGUIENTE:

PROVEEDORA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES, S.A. DE C.V.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 1

EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y CATÁLOGO PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN LOS CALIBRES. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 2

EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y CATÁLOGO PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS CALIBRES Y ESPESOR DE LA PROTECCIÓN TERMICA DE PINTURA. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 3

EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y CATÁLOGO PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN PILONES CURSORES DE ACERO CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU PROPOSICION TECNICA NO ESPÉCIFICA LA MARCA. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 2 DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDAS 4,5,9,10,11,12,15,16,20,40 Y 43

EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y CATÁLOGO PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN DIMENSIONES GENERALES CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB



REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 6-----

EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y CATÁLOGO PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN EL ACABADO. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 7-----

EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y CATÁLOGO PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN DIMENSIONES GENERALES CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE Y NO MENCIONA EL CALIBRE DEL ACERO INOXIDABLE. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 8-----

EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE Y NO MENCIONA EL CALIBRE DEL ACERO INOXIDABLE. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 13-----

EN SU CATÁLOGO LA IMAGEN SE OBSERVA COLOR GRIS Y SE SOLICITA BLANCO. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 14-----

EN SU CATÁLOGO OFERTA ACABADO CROMADO Y SE SOLICITA ACABADO COLOR ARENA. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 17-----

EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y CATÁLOGO PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN DIMENSIONES GENERALES CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. NO PRESENTA CATALOGO. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 19-----

EN SU CATÁLOGO PRESENTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIFERENTES A LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----



NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 21-----

SU CATÁLOGO REFERENCIA OTRO NUMERO DE PARTIDA Y NO LA QUE SE SOLICITA. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 23-----

EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN EL SISTEMA DE FRENADO EN LAS RUEDAS. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 24-----

EN SU CATÁLOGO PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN REUSABLES DE NYLON O FORRO DE TELA CONDUCTIVA CONTRARIO. A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 25-----

EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN LA ILUMINACIÓN Y EN LA CAPACIDAD DEL TANQUE. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 27-----

EN SU CATÁLOGO NO MENCIONA EL GEL CONDUCTOR DE CALOR. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU PROPOSICIÓN TECNICA PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN EL TRANSDUCTOR. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 28-----

EN SU CATÁLOGO OFERTA UN FOCO DE REPUESTO Y SE SOLICITAN DOS. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 29-----

EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN LAS CHAROLAS Y EN LA CAPACIDAD DE LTS. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU



CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 30

NO PRESENTA CATÁLOGO. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. ADEMÁS DE QUE ESTA PARTIDA FUE COTIZADA TÉCNICAMENTE PERO NO ECONÓMICAMENTE

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 31

EN SU CATÁLOGO PRESENTA OFERTA LUZ HALÓGENA Y SE SOLICITA LED, NO INDICA EL SOPORTE OCULAR Y SOPORTE DE PARA PIEZA DE MANO, LOS CICLOS DE FOTOCURADO QUE OFERTA VA DE 10 A 60 SEGUNDOS Y SE SOLICITA A PARTIR DE 5 , 10, 15 Y 20 SEGUNDOS. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 32

EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y CATÁLOGO PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN EL CABEZAL, INTENCIDAD DE LA LUZ, LONGITUD DEL BRAZO Y DIAMETRO DE ILUMINACIÓN .CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 35

NO PRESENTA CATALOGO. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 36

EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA CAPACIDAD DE VOLUMEN TOTAL DE RESPIRACIÓN, NO INDICA QUE EL RESUCITADOR SEA DE PVC, NO INDICA CAPACIDAD DEL DEPOSITO DEL OXIGENO Y OFERTA DIFERENTES CAPACIDADES EN LAS BOLSAS. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 39

EN SU CATÁLOGO NO MENCIONA QUE EL TAMAÑO SEA MEDIANO COMO SE SOLICITA EN EL ANEXO No. 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 2, PARTIDA 42

EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA PRESENTA OPCIONES TÉCNICAS EN LAS CERRADURAS DE SEGURIDAD Y EN LAS PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU CATÁLOGO NO INDICA LA DIRECCIÓN URL ESPECIFICA DEL DOCUMENTO



REFERENCIADO EN EL DOMINIO WEB REGISTRADO POR EL FABRICANTE CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE A SU **DESCALIFICACIÓN** CON BASE EN EL PUNTO 2.7 INCISO A) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Y AL ARTÍCULO 40, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL ESTADO DE HIDALGO, LA CUAL QUEDA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE DECLARA **DESIERTA** LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N58-2018, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO", SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, CON BASE AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO EL PUNTO 2.8 INCISO B); DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, LA CUAL QUEDA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS **15:55 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

PRESIDENTA

M. EN G.A. ORALIA LANDEROS ROSAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LOS S.S.H

SECRETARIO EJECUTIVO

L.A.P. RICARDO ROBERTO TREJO RUIZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE FINANZAS

VOCAL

C. GENARO GÓMEZ VARGAS
REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES

VOCAL

L.T.S. LETICIA RANGEL CANO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

VOCAL

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

VOCAL

MTRA. JUANA ANA CORTÉZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

VOCAL

NO SE PRESENTÓ


REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE REGULACIÓN SANITARIA

ASESOR

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS

ASESOR



L.C. ESTEBAN BASILIO CERVANTES MONROY
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DE LOS S. S.H

ASESOR



L.C. MARCIANO TELLEZ LICONA
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,
Y PROSPECTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR




L.A.P. ISRAEL MARTÍN ABURTO PÉREZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR



M.A.C.P. MIRNA SÁNCHEZ LARA
REPRESENTANTE DE OFICIALÍA MAYOR
DE GOBIERNO DEL ESTADO

ÁREA TÉCNICA



DRA. GUADALUPE ZARATE FLORES
DIRECCIÓN DE PRIMER NIVEL
DE ATENCIÓN

LICITANTE



C. ALFREDO SÁNCHEZ VILLAGRÁN
PROVEEDORA DE FABRICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES,
S.A. DE C.V.

