



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. EH-SSH-N1-2026,

"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA,

EJERCICIO FISCAL 2026.

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **19 DE MARZO DE 2026**, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, UBICADO EN BLVD. PANORÁMICO CUBITOS-LA PAZ NÚM. 407, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.P. 42094, PACHUCA DE SOTO HGO. LOS INTEGRANTES DEL MENCIONADO COMITÉ Y CUYOS NOMBRES FIGURAN EN EL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA, SE PROCEDIÓ AL PASE DE LISTA Y UNA VEZ CONFORMADO EL QUORUM LEGAL SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN EN COMENTO -----

SE SOLICITA A LOS ASISTENTES A ESTE ACTO PROTOCOLARIO, NO HACER USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES DURANTE EL MISMO -----

SE DA A CONOCER QUE LA **C. FÉLIX GRACIELA GARCÍA OLVERA** REPRESENTANTE DE LA EMPRESA **INGENIA AG, S.A. DE C.V.**, ASISTE A ESTA SESIÓN EN CALIDAD DE OBSERVADOR, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO --

CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN I Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA, SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **EH-SSH-N1-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"**, EN RELACIÓN A LOS SIGUIENTES PUNTOS: -----

1.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 44 PÁRRAFO PENÚLTIMO DE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, SE COMUNICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE LA **APERTURA** DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **23 DE MARZO DE 2026** A LAS **09:00** HORAS, EN EL MISMO LUGAR DONDE SE LEVANTA LA PRESENTE. -----

2.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO DE LA LICITACIÓN SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. -----

3.- LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN ACREDITAR Y PRESENTAR SU REGISTRO ACTIVO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES; ASÍ COMO TENER LA O LAS ESPECIALIDADES CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (ARTÍCULO 26 DE LA LEY EN LA MATERIA). -----

ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA -----

EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RATIFICA TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES CON RESPECTO DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA -----



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. EH-SSH-N1-2026,

"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA,

EJERCICIO FISCAL 2026.

SE INFORMA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, QUE **SE RECIBIÓ** DE MANERA **ELECTRÓNICA** EN EL CORREO DEL COMITÉ, CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR Y **PREGUNTAS** DE **3** LICITANTES PARTICIPANTES LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, ARTICULO 52 DE SU REGLAMENTO Y PUNTO 2.2 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA -----

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY Y ARTÍCULO 53 FRACCIONES IV Y V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES; LAS ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LOS CUESTIONAMIENTOS LEGALES-ADMINISTRATIVOS SON REALIZADAS POR EL ÁREA CONVOCANTE; Y LA PERSONA NOMBRADA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA DARÁ RESPUESTA EN FORMA CLARA Y PRECISA A LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS INTERESADOS RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA **DEL 0 DE LOS SIGUIENTES LICITANTES PARTICIPANTES:** -----

LICITANTE PARTICIPANTE: ARROBA XYNERGIX, S.A. DE C.V.

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PARTIDA 2 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO PUNTO 1.4.14 SE ENTIENDE QUE LA INCLINACIÓN TIPO TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSO DEBERÁ PODER REALIZARSE DE MANERA CONTINUA, SIN NECESIDAD DE ABRIR EL CAPELO, Y SIN REQUERIR QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRE ENERGIZADO ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, RESPECTO A LA REFERENCIA NÚMERO 2
2	PARTIDA 2 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO PUNTO 2.1. SE SOLICITAN 4 SENSORES REUSABLES, Y EN EL PUNTO 1.7 SE SOLICITAN 4. ¿ENTENDEMOS QUE SON LOS MISMOS SENSORES, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, RESPECTO A LA REFERENCIA NÚMERO 2.
3	PARTIDA 2 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO PUNTO 2.2 "MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS", SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR LO SIGUIENTE: ¿SE ACEPTA QUE EL LICITANTE OFERTE ÚNICAMENTE LA MANGUERA PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO (O ₂), EN CASO DE QUE LA INCUBADORA PROPUESTA, POR DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, NO REQUIERA EL USO DE AIRE MÉDICO PARA SU OPERACIÓN?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. PARA LA REFERENCIA 2
4	PARTIDA 2 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO PUNTO 3.3 SE ENTIENDE QUE, POR RAZONES DE SEGURIDAD Y FACILIDAD DE OPERACIÓN, EL SENSOR DE OXÍGENO DEBERÁ PODER SER REEMPLAZADO POR EL USUARIO SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, RESPECTO A LA REFERENCIA NÚMERO 2



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. EH-SSH-N1-2026,

"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA,

EJERCICIO FISCAL 2026.

5	PARTIDA 1 CUNA DE CALOR RADIANTE PUNTO 1.4.3 EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA EN EL PUNTO 1.4.3 ES DE 400NM A 500NM MIENTRAS QUE EL NUMERAL 2.1 INDICA 400 A 550NM ¿CUÁL ES EL QUE DEBEMOS OFERTAR?	DE 400 A 550 NANÓMETROS, PARA LA REFERENCIA 1
6	PARTIDA 1 CUNA DE CALOR RADIANTE. PUNTO 1.16 ENTENDEMOS QUE EL CALEFACTOR DEBE SER CERÁMICO Y LA LÁMPARA DEBE CONTAR CON UNA REJILLA PROTECTORA PARA EVITAR CONTACTOS ACCIDENTALES CON EL CALEFACTOR ¿ES CORRECTO?	EL PUNTO 1.16 SOLICITA: CHAROLA PARA CHASIS DE RAYOS X, INTERCONSTRUIDA. PARA LA REFERENCIA 1
7	PARTIDA 1 CUNA DE CALOR RADIANTE, PUNTO 1.17 SOLICITAMOS PODER OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: LÁMPARA O ELEMENTO CALEFACTOR, CON ABATIMIENTO PARABÓLICO HACIA AMBOS LADOS, QUE PERMITE MANTENER UN ENFOQUE CONTINUO DEL CALEFACTOR SOBRE EL PACIENTE, PERMITIENDO QUE ESTE SEA CALENTADO AUN CON EL CALEFACTOR ABATIDO. DICHO ABATIMIENTO PERMITE ADEMÁS EL ACCESO DE EQUIPOS DE RAYOS X. ESTO DERIVADO DE QUE LA TECNOLOGÍA DE "ENFOQUE CONTINUO" ES SUPERIOR A LA TECNOLOGÍA DE ENFOQUE PUNTUAL SOLICITADA EN LA FICHA	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. PARA LA REFERENCIA 1
8	PARTIDA 1 CUNA DE CALOR RADIANTE PUNTO 1.24.1 ENTENDEMOS QUE LAS DOS LÁMPARAS LATELARES A LAS QUE HACE REFERENCIA LA FICHA DEBEN ESTAR INTERCONSTRUIDAS Y ESTAR A AMBOS COSTADOS DEL CALEFACTOR ¿ES CORRECTO?	LA FICHA TÉCNICA NO INCLUYE EL PUNTO 1.24.1, POR LO QUE NO SE PUEDE DAR RESPUESTA
9	PARTIDA 1 CUNA DE CALOR RADIANTE PUNTO 1.23.2 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO LICITATORIO Y DISMINUIR EL COSTO DEL EQUIPO PARA EL INSTITUTO SE PUEDA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL.	LA FICHA TÉCNICA NO INCLUYE EL PUNTO 1.23.2 POR LO QUE NO SE PUEDE DAR RESPUESTA
10	PARTIDA 1 CUNA DE CALOR RADIANTE PUNTO 1.23.2 EN CASO DE QUE EN LA PREGUNTA DE ARRIBA LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, SE SOLICITA A LA AUTORIDAD PODER OFERTAR ÚNICAMENTE TEMPERATURA MONITORIZADA DE COLCHÓN DE GEL. PARA DE ESTA MANERA REDUCIR EL COSTO DEL EQUIPO PARA EL INSTITUTO. ¿SE ACEPTA?	LA FICHA TÉCNICA NO INCLUYE EL PUNTO 1.23.2 POR LO QUE NO SE PUEDE DAR RESPUESTA
11	EN EL PUNTO 3.3 SE SOLICITAN 10 SENSORES REUSABLES, Y EN EL PUNTO 2.3 SE SOLICITAN ÚNICAMENTE 4. ¿CUÁL ES EL NÚMERO CORRECTO DE SENSORES?	LA PREGUNTA NO MENCIONA A QUE REFERENCIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN ESTA DIRIGIDA LA PREGUNTA, POR LO QUE NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

**No. EH-SSH-N1-2026,
"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA,
EJERCICIO FISCAL 2026.**

12	PUNTO 1.25.1 ALTURA LIBRE DEL PISO AL ELEMENTO CALEFACTOR. ENTENDEMOS QUE, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, TENEMOS QUE REPORTAR LA DISTANCIA MÍNIMA A LA QUE ESTÁ EL ELEMENTO CALEFACTOR DEL PISO CUANDO ESTE SE ENCUENTRA ABATIDO. ¿ES CORRECTO?	LA PREGUNTA NO MENCIONA A QUE REFERENCIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN ESTA DIRIGIDA LA PREGUNTA, POR LO QUE NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA.
13	PUNTO 1.26 ENTENDEMOS QUE CUANDO LA AUTORIDAD HABLA DE ESTE SOPORTE SE REFIERE A LA ALTURA VARIABLE DEL EQUIPO, ¿ES CORRECTO?	LA FICHA TÉCNICA NO INCLUYE EL PUNTO 1.26 POR LO QUE NO SE PUEDE DAR RESPUESTA
14	SOBRE ENTREGA DE MUESTRA. EL PUNTO ESPECIFICA QUE EL EQUIPO DEL LICITANTE GANADOR QUEDA EN PROPIEDAD DE LA SSH, ENTENDEMOS EN ESTE CASO QUE DICHO EQUIPO FORMA PARTE DE LOS EQUIPOS DE LA PARTIDA, POR LO QUE POSTERIORMENTE SOLO SE TIENEN QUE ENTREGAR TODOS MENOS UNO. ¿O MAS BIEN QUE EL EQUIPO SE REGRESARÁ AL LICITANTE EN FECHA POSTERIOR.?	EL LICITANTE ADJUDICADO ENTREGARA LA DIFERENCIA ENTRE LA TOTALIDAD DE EQUIPOS ADJUDICADOS MENOS LAS MUESTRAS ENTREGADAS.
15	EN CASO DE QUE EL EQUIPO QUEDE EN PROPIEDAD DE SERVICIOS DE SALUD, NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD EXIGE TENER RASTREABILIDAD DE ESE EQUIPO. ¿ENTENDEMOS QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DARÍAN AVISO AL LICITANTE SOBRE DONDE SE UBICA PARA REALIZAR SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA E INSTALACIÓN. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO.

LICITANTE PARTICIPANTE: MANPREC, S.A. DE C.V.

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PARTIDA 3 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS PUNTO 1.4. MODOS VENTILATORIOS; PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA HACER REFERENCIA A LA NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE DEMOSTRANDO EN CATÁLOGOS LA CORRESPONDIENTE EQUIVALENCIA A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. PARA LA REFERENCIA 3
2	PARTIDA 3 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS PUNTO 2.5; PREGUNTA: DE ACUERDO A LO SOLICITADO, DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE ACCESORIO SOLICITADO ES EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA LO REQUIERA, ES DECIR: SE PODRÁ OFERTAR CON SENSOR DE FLUJO INTERNO O EXTERNO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, PARA LA REFERENCIA 3



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. EH-SSH-N1-2026,

"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA,

EJERCICIO FISCAL 2026.

LICITANTE PARTICIPANTE: DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		
No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	1.3 PLAZO Y CONDICIONES DE LA ENTREGA; CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR QUE LOS BIENES SE SUMINISTREN EN TIEMPO Y FORMA, CON LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, PARA CUMPLIR PLENAMENTE CON LO SOLICITADO EN ESTA LICITACIÓN, DADO QUE SE TRATA DE EQUIPOS IMPORTADOS, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE ENTREGA DE 14 SEMANAS A PARTIR DEL FALLO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES.
2	No. DE REFERENCIA 1 CLAVE 531.252.0033; PUNTO 1.12.- CON SISTEMA PARA POSICIÓN DE TRENDELENBURG Y CONTRATRENDELENBURG O TRENDELENBURG INVERSO, O INCLINACIÓN DE LA CUNA CON UN ÁNGULO DE 12° COMO MÍNIMO DE MANERA CONTINUA. PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DESPLEGAR EN PANTALLA EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE SU PROPUESTA DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA OFERTADA
3	No. DE REFERENCIA 1 CLAVE 531.252.0033; PUNTO 1.17.- LÁMPARA O ELEMENTO CALEFACTOR ABATIBLE DERECHA-IZQUIERDA HASTA 180° QUE PERMITA EL ACCESO DEL EQUIPO DE RAYOS X. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN ELEMENTO CALEFACTOR CON TECNOLOGÍA SUPERIOR Y DISEÑO COMPACTO, EL CUAL ELIMINA LA NECESIDAD DE AJUSTAR O INCLUSO TOCAR EL CALENTADOR Y QUE PROPORCIONA UNA DISTRIBUCIÓN DE CALOR UNIFORME A LO LARGO DE TODA LA SUPERFICIE DEL COLCHÓN, INCLUSO CUANDO LA CAMA SE ENCUENTRE INCLINADA PARA LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS. ADEMÁS DE PERMITIR EL LIBRE ACCESO A EQUIPOS DE RAYOS X. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
4	No. DE REFERENCIA 1 CLAVE 531.252.0033; "PUNTO 1.19.- COLCHÓN RADIOTRASPARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE DE GEL O TECNOLOGÍA SIMILAR O SUPERIOR PARA MANTENER EL CALOR DEL PACIENTE. PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE EL OFERTAR TECNOLOGÍA SIMILAR NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE PODREMOS OFERTAR UN COLCHÓN SUAVE (SOFTBED) QUE PERMITE MANTENER LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. ¿ES CORRECTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

**No. EH-SSH-N1-2026,
"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA,
EJERCICIO FISCAL 2026.**

	NUESTRA APRECIACIÓN?"	
5	No. DE REFERENCIA 1 CLAVE 531.252.0033; PUNTO 1.20.- TOMACORRIENTE ADICIONAL INTERCONSTRUIDO, UNO COMO MÍNIMO. PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE POR "INTERCONSTRUIDO" SE REFIERE QUE EL TOMACORRIENTE DEBE ESTAR COLOCADO EN LA BASE DEL EQUIPO PRINCIPAL, YA SEA, EN ALGÚN RIEL LATERAL O EN LA PARTE POSTERIOR DEL EQUIPO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
6	No. DE REFERENCIA 1 CLAVE 531.252.0033; PUNTO 1.3.2.- TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DEL COLCHÓN GEL. PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE ESTE PUNTO PUEDE OFERTARSE DE MANERA OPCIONAL, YA QUE, EN EL PUNTO 1.19 DE LA PRESENTE CÉDULA TÉCNICA, SE ESTÁ OFERTANDO UN COLCHÓN SUAVE QUE PERMITE MANTENER LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA OFERTADA.
7	No. DE REFERENCIA 1 CLAVE 531.252.0033; PUNTO 1.4.1.- DOS (2) LÁMPARAS LATERALES. PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE EL OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR, NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA LA OFERTA DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA CON 20 LUCES LED. ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
8	No. DE REFERENCIA 1 CLAVE 531.252.0033; PUNTO 1.7.1.- PUERTO DE ENTRADA DE OXÍGENO PARA CILINDRO Y TOMA MURAL. PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE ESTE PUNTO SE PODRÁ OFERTAR COMO OPCIONAL, YA QUE, EL EQUIPO DE MI REPRESENTADA NO REQUIERE DE OXÍGENO PARA FUNCIONAR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA OFERTADA.
9	No. DE REFERENCIA 1 CLAVE 531.252.0033; PUNTO 1.7.3.- PUERTO DE ENTRADA DE OXÍGENO, FLUJÓMETRO Y REGULADOR CON ENTRADAS COMPATIBLES CON LAS QUE CUENTA LA UNIDAD MÉDICA. PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE ESTE PUNTO SE PODRÁ OFERTAR COMO OPCIONAL, YA QUE, EL EQUIPO DE MI REPRESENTADA NO REQUIERE DE OXÍGENO PARA FUNCIONAR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA OFERTADA.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. EH-SSH-N1-2026,

"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA,

EJERCICIO FISCAL 2026.

10	No. DE REFERENCIA 1 CLAVE 531.252.0033; PUNTO 2.3.- CUATRO (4) SENSORES REUSABLES DE TEMPERATURA DE PIEL. PREGUNTA: CON EL FIN DE EVITAR INFECCIONES NOSOCOMIALES, LAS CUALES TIENEN COMO CONSECUENCIA UNA ESTANCIA HOSPITALARIA MÁS AMPLIA DE UN PACIENTE Y UN AUMENTO DE COSTOS PARA EL INSTITUTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR COMO OPCIÓN A ESTE PUNTO 60 SENSORES DE TEMPERATURA DESECHABLES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES.
11	No. DE REFERENCIA 1 CLAVE 531.252.0033; PUNTO 3.3.- DIEZ (10) SENSORES REUSABLES DE TEMPERATURA DE PIEL POR EQUIPO. PREGUNTA: CON EL FIN DE EVITAR INFECCIONES NOSOCOMIALES, LAS CUALES TIENEN COMO CONSECUENCIA UNA ESTANCIA HOSPITALARIA MÁS AMPLIA DE UN PACIENTE Y UN AUMENTO DE COSTOS PARA EL INSTITUTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR COMO OPCIÓN A ESTE PUNTO 10 SENSORES DE TEMPERATURA DESECHABLES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES.
12	No. DE REFERENCIA 2 CLAVE 531.497.2083; PUNTO 1.7.- CUATRO SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL REUSABLES. PREGUNTA: CON EL FIN DE EVITAR INFECCIONES NOSOCOMIALES, LAS CUALES TIENEN COMO CONSECUENCIA UNA ESTANCIA HOSPITALARIA MÁS AMPLIA DE UN PACIENTE Y UN AUMENTO DE COSTOS PARA EL INSTITUTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR COMO OPCIÓN A ESTE PUNTO 60 SENSORES DE TEMPERATURA DESECHABLES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES.
13	No. DE REFERENCIA 2 CLAVE 531.497.2083; PUNTO 2.1.- CUATRO SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL REUSABLES. PREGUNTA: CON EL FIN DE EVITAR INFECCIONES NOSOCOMIALES, LAS CUALES TIENEN COMO CONSECUENCIA UNA ESTANCIA HOSPITALARIA MÁS AMPLIA DE UN PACIENTE Y UN AUMENTO DE COSTOS PARA EL INSTITUTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR COMO OPCIÓN A ESTE PUNTO 60 SENSORES DE TEMPERATURA DESECHABLES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES.
14	No. REFERENCIA 3. CLAVE: 531.941.0048; PUNTO 1.3.8. RESPIRACIÓN MANUAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO CON LA	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

**No. EH-SSH-N1-2026,
"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA,
EJERCICIO FISCAL 2026.**

	NOMENCLATURA, LA CUAL ES "INSPIRACIÓN MANUAL". ¿SE ACEPTA?	
15	No. REFERENCIA 3. CLAVE: 531.941.0048; PUNTO 1.3.9. PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O). PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE CON OFERTAR PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O). ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA OFERTADA.
16	No. REFERENCIA 3. CLAVE: 531.941.0048; PUNTO 1.3.11. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA, TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA O DE FINALIZACIÓN DE FLUJO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA, "TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA INSPIRACIÓN", PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DEL MISMO PARÁMETRO CON DIFERENTE NOMENCLATURA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
17	No. REFERENCIA 3. CLAVE: 531.941.0048; PUNTO 1.4.5. NCPAP (CPAP NASAL). PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA NCPAP O MODO ESPONTÁNEO CPAP (SPN-CPAP) CON POSIBILIDAD DE UTILIZAR PUNTAS O GAFAS NAALES O MASCARILLA, YA QUE AMBOS SON MODOS VENTILATORIOS CPAP QUE SE PUEDEN UTILIZAR DE MANERA NO INVASIVA CON PUNTAS NAALES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
18	No. REFERENCIA 3. CLAVE: 531.941.0048; PUNTO 1.4.7. VENTILACIÓN REGULADA POR PRESIÓN Y CON GARANTÍA EN VOLUMEN MANUAL O AUTOMÁTICA EN ASISTO/CONTROL Y SIMV (VOLUMEN GARANTIZADO, AUTOFLOW, PRVC, VENTILACIÓN DE VOLUMEN PLUS, APV O VSYNC). PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE CON OFERTAR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS: VOLUMEN GARANTIZADO O AUTOFLOW O PRVC O VENTILACIÓN DE VOLUMEN PLUS O APV O VSYNC, ADICIONAL A LA VENTILACIÓN REGULADA POR PRESIÓN Y CON GARANTÍA EN VOLUMEN MANUAL O AUTOMÁTICA EN SISTO/CONTROL Y SIMV. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA OFERTADA.
19	No. REFERENCIA 3. CLAVE: 531.941.0048; PUNTO 1.4.8. VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN EN NEONATOS, CICLADA POR TIEMPO Y LIMITADO EN PRESIÓN O TCPLV.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. EH-SSH-N1-2026,

"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA,

EJERCICIO FISCAL 2026.

	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE EL PRINCIPIO DE CONTROL GENERAL DEL VENTILADOR QUE ES POR CICLOS DE TIEMPO Y CONTROLADO POR PRESIÓN, POR LO QUE TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS PARA NEONATOS OPERAN BAJO EL PRINCIPIO DESCRITO ANTERIORMENTE, SIN REQUERIR UN AJUSTE ADICIONAL. ¿SE ACEPTA?	
20	No. REFERENCIA 3. CLAVE: 531.941.0048; PUNTO 1.4.9. VENTILACIÓN LIMITADA POR PRESIÓN CICLADA POR TIEMPO PARA NEONATOS EN MODOS DE VENTILACIÓN: ASISTO-CONTROL, SIMV Y VENTILACIÓN CON PRESIÓN SOPORTE. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE EL PRINCIPIO DE CONTROL GENERAL DEL VENTILADOR QUE ES POR CICLOS DE TIEMPO Y CONTROLADO POR PRESIÓN, POR LO QUE TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS PARA NEONATOS OPERAN BAJO EL PRINCIPIO DESCRITO ANTERIORMENTE, SIN REQUERIR UN AJUSTE ADICIONAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
21	No. REFERENCIA 3. CLAVE: 531.941.0048; PUNTO 1.5.12. MEDICIÓN DE AUTO PEEP O PEEP TOTAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA MEDICIÓN DE AUTOPEEP O PEEP TOTAL O PEEP INTRÍNSECA PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DEL MISMO PARÁMETRO CON DIFERENTE NOMENCLATURA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
22	No. REFERENCIA 3. CLAVE: 531.941.0048; PUNTO 1.6.4. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA "PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA" O "PRESIÓN EN LAS VÍAS AÉREAS ALTA Y BAJA", PUES ES LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO QUE OFERTA MI REPRESENTADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
23	No. REFERENCIA 3. CLAVE: 531.941.0048; PUNTO 1.6.9. FALTA, FALLA O BAJA PRESIÓN DE SUMINISTRO DE GAS(ES). PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE CON OFERTAR FALTA O FALLA O BAJA PRESIÓN DE SUMINISTRO DE GAS(ES). ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA OFERTADA.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. EH-SSH-N1-2026,
“EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO”
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA,
EJERCICIO FISCAL 2026.**

24	No. REFERENCIA 3. CLAVE: 531.941.0048; PUNTO 1.6.12. VENTILADOR INOPERANTE, FALLA DEL VENTILADOR, FALLA TÉCNICA O FALLA DE CICLO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE CON OFERTAR VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR O FALLA TÉCNICA O FALLA DE CICLO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA OFERTADA.
25	No. REFERENCIA 3. CLAVE: 531.941.0048; PUNTO 1.7.5. BATERÍA INTERNA DE RESPALDO (INCLUIDO). PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA, BATERÍA INTERNA O INTERCONSTRUIDA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
26	No. REFERENCIA 3. CLAVE: 531.941.0048; PUNTO 3.1. DOS (2) JUEGOS DE SISTEMA CPAP NASAL DESECHABLE PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA PARA PACIENTE NEONATAL CON ADAPTADORES, TUBOS FLEXIBLES Y CONECTORES (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO) QUE INCLUYA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A QUE SE DEBERÁN ENTREGAR DOS JUEGOS DE SISTEMA CPAP NASAL DESECHABLE CON UN JUEGO DE PUNTAS NAALES, MASCARILLAS Y BONETES NEONATALES CADA UNO. ¿ES CORRECTO?	SE DEBERAN ENTREGAR 2 JUEGOS DE CADA MEDIDA.
27	No. REFERENCIA 3. CLAVE: 531.941.0048; PUNTO 3.1.1.2. DOS (2) JUEGOS DE MASCARILLAS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA DE USO NEONATAL, DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS: XS, S, M Y L O SU EQUIVALENTE. OPCIONAL SE PERMITE OFERTAR MASCARILLAS NAALES DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS; CHICA (PACIENTES MENORES A 1 KG), MEDIANA (PACIENTES DE HASTA 1.5. KG), GRANDE (PACIENTES DE HASTA 2.5.KG) Y EXTRAGRANDE (PACIENTES MAYORES A 2 KG). PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO DE MANERA INDISTINTA TAMAÑOS XS, S, M Y L O S, M, L Y 4, YA QUE ES LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE PARA SUS DIFERENTES TAMAÑOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
28	No. REFERENCIA 3. CLAVE: 531.941.0048; PUNTO 3.1.1.3. DOS (2) JUEGOS DE BONETES NEONATALES PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA, DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS: XS, S, M Y L O SU EQUIVALENTE. SE PERMITE OFERTAR BOTONES NEONATALES DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS; 17-22 CM, 22-25 CM, 25-29 CM, 29-36 CM, CON SELECCIÓN DE ACUERDO DE LA CABEZA DEL PACIENTE. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. EH-SSH-N1-2026,

"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA,

EJERCICIO FISCAL 2026.

	PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA BONETES O ARNESES NEONATALES PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA DE LOS TAMAÑOS XS, S, M Y L O SU EQUIVALENTE. ESTO DEBIDO A QUE LOS ARNESES DESEMPEÑAN LA MISMA FUNCIÓN QUE LOS BONETES, CON EL BENEFICIO DE PODERSE AJUSTAR UN POCO MÁS QUE ESTOS ÚLTIMOS Y SER MÁS CÓMODOS PARA EL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	
29	No. REFERENCIA 4 CLAVE: 531.941.0279; PUNTO 1.1.2. A COLOR PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA MONOCROMÁTICA, PUES NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO N EL TRATAMIENTO AL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD Y SE RATIFICA LO SOLICITADO.
30	No. REFERENCIA 4 CLAVE: 531.941.0279; PUNTO 2.3. DIEZ CIRCUITOS DESECHABLE LIBRES DE LÁTEX PARA PACIENTE ADULTO Y/O PEDIÁTRICO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX ADULTO/PEDIÁTRICO YA QUE MI TECNOLOGÍA NO REQUIERE UN CIRCUITO DISTINTO PARA CUBRIR AMBOS TIPOS DE PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
31	No. REFERENCIA 4 CLAVE: 531.941.0279; PUNTO 2.4. DOS SENSORES DE FLUJO REUSABLES ADULTO Y DOS SENSORES DE FLUJO REUSABLE PEDIÁTRICO, EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA LO REQUIERA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, PODEMOS OFERTAR DOS SENSORES DE FLUJO ADULTO/PEDIÁTRICO YA QUE MI TECNOLOGÍA NO REQUIERE UN SENSOR DE FLUJO DISTINTO PARA CUBRIR AMBOS TIPOS DE PACIENTE "	EN ESTE CASO DEBERÁ ENTREGAR 4 SENSORES DE FLUJO REUSABLES

SE COMUNICA QUE A PARTIR DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES NO SE ACEPTARÁ NINGUNA MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ADEMÁS LAS ACLARACIONES HECHAS EN ESTE ACTO, SERÁN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA Y LOS LICITANTES ESTÁN OBLIGADOS A OBSERVARLAS EN SUS PROPOSICIONES. -----

DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, AL TÉRMINO DEL PRESENTE EVENTO SE DIFUNDIRÁ LA PRESENTE ACTA EN LA PÁGINA OFICIAL DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO PARA SU CONSULTA Y EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES -----



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. EH-SSH-N1-2026,
"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA,
EJERCICIO FISCAL 2026.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS **10:55** HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN ASISTENTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS -----

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

PRESIDENTE

L.D. JOSÉ PALACIOS MARTÍNEZ
**REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE S.S.H.**

SECRETARIO EJECUTIVO

L.A.P. RICARDO ROBERTO TREJO RUIZ
**REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE FINANZAS DE S.S.H.**

VOCAL

L.D. LORENALY BARRIOS CARRILLO
**REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y ADMÓN.
PATRIMONIAL DE S.S.H.**

VOCAL

L.C. CECILIA LÓPEZ CARRASCO
**REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO
Y EVALUACIÓN DE S.S.H.**

VOCAL

LIC. OFELIA LILIANA LORENZO HERNÁNDEZ
**REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE S.S.H.**

VOCAL

ING. LUIS ALFREDO GONZÁLEZ PALACIOS
**REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DE S.S.H.**

VOCAL

NO SE PRESENTÓ

**REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN
DE REGULACIÓN SANITARIA DE S.S.H.**

ASESOR

L.D. JANETH LEMUS GARNICA
**REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
Y DE DERECHOS HUMANOS DE S.S.H.**



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. EH-SSH-N1-2026,

"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA,

EJERCICIO FISCAL 2026.


ASESOR


ARQ. JUAN JOSÉ LOZANO JACOBO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DE S.S.H.

ASESOR


LIC. ISAÚ BENÍTEZ ROMERO
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE
PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA DE GOBIERNO
DEL ESTADO

ASESOR


LIC. FRANCISCO DAVID CAMACHO AYALA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR

NO SE PRESENTÓ


REPRESENTANTE DE OFICIALÍA MAYOR
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO
DEL ESTADO

ASESOR

NO SE PRESENTÓ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ÁREA TÉCNICA


T.S.U. NORA CAMPOS CRUZ
DIRECCIÓN DE SEGUNDO NIVEL
DE ATENCIÓN DE S.S.H.

LICITANTE

ENVIÓ AL CORREO DEL COMITÉ
EL ANEXO 9 (INTERÉS EN PARTICIPAR
SIN ELABORAR PREGUNTAS)

LICITANTE

ENVIÓ AL CORREO DEL COMITÉ
EL ANEXO 9 (INTERÉS EN PARTICIPAR
SIN ELABORAR PREGUNTAS)

ARROBA XYNERGIX,
S.A. DE C.V.

MANPREC,
S.A. DE C.V.

LICITANTE

ENVIÓ AL CORREO DEL COMITÉ
EL ANEXO 9 (INTERÉS EN PARTICIPAR
SIN ELABORAR PREGUNTAS)

DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.