COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **17** DE **JUNIO** DE **2026**, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, UBICADO EN BLVD. PANORÁMICO CUBITOS-LA PAZ NÚM. 407, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.P. 42094, PACHUCA DE SOTO HGO. LOS INTEGRANTES DEL MENCIONADO COMITÉ Y CUYOS NOMBRES FIGURAN EN EL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA, SE PROCEDIÓ AL PASE DE LISTA Y UNA VEZ CONFORMADO EL QUORUM LEGAL SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN EN COMENTO ----------

SE SOLICITA A LOS ASISTENTES A ESTE ACTO PROTOCOLARIO, NO HACER USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES DURANTE EL MISMO ----------

CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN I Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA, SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **EH-SSH-N24-2026**, **"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"**, EN RELACIÓN A LOS SIGUIENTES PUNTOS: ----------

1.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 44 PÁRRAFO PENÚLTIMO DE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, SE COMUNICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE LA **APERTURA** DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **19** DE **JUNIO** DE **2026** A LAS **10:00** HORAS, EN EL MISMO LUGAR DONDE SE LEVANTA LA PRESENTE. ----------

2.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO DE LA LICITACIÓN SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. ----------

3.- LOS LICITANTES PARTICIPANTES **DEBERÁN PRESENTAR** ORIGINAL Y COPIA DEL **REGISTRO DE PROVEEDOR** DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. (ORIGINAL PARA COTEJO O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE); TODA PERSONA PODRÁ PRESENTAR PROPOSICIONES, DEBIENDO ACREDITAR A MÁS TARDAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUE CUENTA CON SU REGISTRO ACTIVO, VIGENTE Y CON LA O LAS **ESPECIALIDADES CORRESPONDIENTES** A LA CONTRATACIÓN A: **EQUIPO MÉDICO**. LA VIGENCIA DEBERÁ SER DESDE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO. **DICHO REGISTRO SERÁ EXIGIBLE A PARTIR DEL DÍA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.** ----------

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA CONVOCANTE ----------

EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RATIFICA TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES CON RESPECTO DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ----------

ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA ----------

EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RATIFICA TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES CON RESPECTO DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ----------

SE INFORMA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, QUE **SE RECIBIÓ** EN EL CORREO DEL COMITÉ CARTA DE **INTERÉS EN PARTICIPAR** Y **PREGUNTAS** DE **4** LICITANTES PARTICIPANTES LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, ARTICULO 52 DE SU REGLAMENTO Y PUNTO 2.2 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ----------

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY Y ARTÍCULO 53 FRACCIONES IV Y V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES; LAS ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LOS CUESTIONAMIENTOS LEGALES-ADMINISTRATIVOS SON REALIZADAS POR EL ÁREA CONVOCANTE; Y LA PERSONA NOMBRADA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA DARÁ RESPUESTA EN FORMA CLARA Y PRECISA A LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS INTERESADOS RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA **LOS SIGUIENTES LICITANTES PARTICIPANTES**: ----------

LICITANTE PARTICIPANTE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.		
No.	**PREGUNTA**	**RESPUESTA**
1	ANEXOS TÉCNICOS/ANEXO 13 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA, CLAVE CNIS 531.562.1457, NUMERAL 1.4. REFERENCIA TEXTUAL DEL REQUISITO: "1.4.- TEMPERATURA DE COLOR DE 4400 KELVIN COMO MÍNIMO" **PREGUNTA**: SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR EQUIVALENCIA TÉCNICA DE TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 KELVIN LA CUAL PROPORCIONA UNA REPRODUCCIÓN DE COLOR FIEL PARA DIAGNÓSTICO DERMATOLÓGICO Y VASCULAR EN APEGO A LA NORMATIVA IEC 60601-2-41 Y NOM-025-SSA1	**SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	QUE PERMITE EL RANGO 3000-6700 K PARA LÁMPARAS DE EXAMINACIÓN. ¿SE ACEPTA?	
2	ANEXOS TÉCNICOS/ANEXO 13 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA, CLAVE CNIS 531.562.1457, NUMERAL 1.7. REFERENCIA TEXTUAL DEL REQUISITO: "1.7.- CON DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 7 CM A 30 CM COMO MÍNIMO." **PREGUNTA**: DEBIDO AL RANGO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA, ENTENDEMOS QUE SE ACEPTARÁ OFERTAR EQUIPO CON DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 13 CM DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA, YA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES.**
3	ANEXOS TÉCNICOS/ANEXO 13 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA, CLAVE CNIS 531.562.1457, NUMERAL 1.3. REFERENCIA TEXTUAL DEL REQUISITO: 1.3.- INTENSIDAD DE LUZ DE 45,000 LUXES COMO MÍNIMO. **PREGUNTA**: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE OFRECER MEJOR TECNOLOGÍA QUE LA INTENSIDAD DE LUZ DEL EQUIPO SEA DE MÍNIMO 60,000 LUXES O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.**
4	ANEXOS TÉCNICOS/ANEXO 11 "EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN 'C'", CLAVE CNIS 531.341.2571, NUMERAL 10.3. REFERENCIA TEXTUAL DEL REQUISITO: "10.3.- PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA CONCLUIDO Y PROCEDENTE A NOMBRE DEL PARTICIPANTE EMITIDO POR LA COFEPRIS." **PREGUNTA**: TODA VEZ QUE, CONFORME A LA NOM-240-SSA1-2012, LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA Y DE NOTIFICAR LOS EVENTOS E INCIDENTES ADVERSOS RECAE EN EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DEL BIEN, ENTENDEMOS QUE EL OFICIO DE ALTA	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA, CONCLUIDO Y PROCEDENTE, DEBE PRESENTARSE A NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y NO DEL LICITANTE CUANDO ÉSTOS SEAN DISTINTOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN?	
5	ANEXOS TÉCNICOS/ANEXO 11 "EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN 'C'", CLAVE CNIS 531.341.2571, NUMERAL 1.3.2. REFERENCIA TEXTUAL DEL REQUISITO: 1.3.2.- COLIMADOR TIPO "RECTANGULAR" **PREGUNTA**: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE, CON FINES DE REFERENCIACIÓN EN NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES, SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO: COLIMADOR TIPO IRIS, DOS OBTURADORES CON AJUSTE DE ANCHURA Y ROTACIÓN. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.**
6	ANEXOS TÉCNICOS/ANEXO 11 "EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN 'C'", CLAVE CNIS 531.341.2571, NUMERAL 1.6.1 REFERENCIA TEXTUAL DEL REQUISITO: 1.6.1.- COLIMADOR VIRTUAL O DIGITAL **PREGUNTA**: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO COMO: COLIMADOR VIRTUAL O DIGITAL. SUPRESIÓN ELECTRÓNICA MANUAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	**SE PODRÁ REFERENCIAR DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y TECNOLOGÍA OFERTADA POR SU REPRESENTADA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 11 NUMERAL 1.6.1**
7	ANEXOS TÉCNICOS/ANEXO 11 "EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN 'C'", CLAVE CNIS 531.341.2571, NUMERAL 1.1.1 REFERENCIA TEXTUAL DEL REQUISITO: 1.1.1.- FRECUENCIA EN UN RANGO DE 15 KHZ A 50 KHZ O MAYOR. **PREGUNTA**: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUENTA CON: GENERADOR DE RAYOS X. GENERADOR DE	**SE PODRÁ REFERENCIAR DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y TECNOLOGÍA OFERTADA POR SU REPRESENTADA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 11 NUMERAL 1.1.1**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	ALTA FRECUENCIA. GENERADOR DE RAYOS X, OPERA A ALTAS FRECUENCIAS (80 KHZ). FUENTE DE ALIMENTACIÓN. RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA: 100, 110, 120, 130, 200, 210, 220, 230, O 240 V. FRECUENCIA 50 O 60 HZ, DESVÍO DE FRECUENCIA MÁXIMO ±1 HZ. LA TOLERANCIA DE VOLTAJE DE RED ES +10/-8%. LO CUAL NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	
8	ANEXOS TÉCNICOS/ANEXO 11 "EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN 'C'", CLAVE CNIS 531.341.2571, NUMERAL 1.7.1.3 REFERENCIA TEXTUAL DEL REQUISITO: 1.7.1.3.- RESOLUCIÓN DE 1280 PIXELES X 1024 PIXELES O MAYOR. **PREGUNTA**: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR: MONITORES ALTO BRILLO COLOR LCD. RESOLUCIÓN 1280X1024 MONITOR DE EXÁMENES. MONITOR DE REFERENCIAS. LO CUAL NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA Y ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.**
9	ANEXOS TÉCNICOS/ANEXO 11 "EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN 'C'", CLAVE CNIS 531.341.2571, NUMERAL 1.7.1.1. REFERENCIA TEXTUAL DEL REQUISITO: 1.7.1.1.- LCD DE MATRIZ ACTIVA O TFT-LCD. **PREGUNTA**: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON FINES DE REFERENCIACIÓN EN NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES, SE NOS PERMITA OFERTAR COMO: MONITORES ALTO BRILLO COLOR LCD. RESOLUCIÓN 1280X1024. TIPO MLCD19-HL(T). ¿SE ACEPTA?	**SE PODRÁ REFERENCIAR DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y TECNOLOGÍA OFERTADA POR SU REPRESENTADA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 11 NUMERAL 1.7.1.1**
10	ANEXOS TÉCNICOS/ANEXO 11 "EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN 'C'", CLAVE CNIS 531.341.2571, NUMERAL 1.8. REFERENCIA TEXTUAL DEL REQUISITO: 1.8.-	**NO SE PUEDE DAR RESPUESTA TODA VEZ QUE EL ANEXO 11 NO CONTIENE LOS PUNTOS 2.40 Y 2.41**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	CONECTIVIDAD DICOM.. **PREGUNTA**: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE, PARA GARANTIZAR EL ENVÍO DE IMÁGENES, LISTA DE TRABAJO, SE SOLICITE PARA LOS PUNTOS 2.40 Y 2.41 SOLICITAR: DICOM SEND, DICOM QUERY/RETRIEVE Y DICOM WORKLIST. LO CUAL ES UN ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN PARA EL ENVÍO DE DATOS E IMÁGENES EN FORMATO DICOM Y CON FINES DE REFERENCIACIÓN DE LOS PUNTOS EN CUESTIÓN, ADEMÁS DE SER EQUIVALENTE A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	
11	ANEXOS TÉCNICOS/ANEXO 11 "EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN 'C'", CLAVE CNIS 531.341.2571, NUMERAL 1.7.6 REFERENCIA TEXTUAL DEL REQUISITO: 1.7.6.- ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 25 CUADROS POR SEGUNDO O MAYOR. **PREGUNTA**: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFRECER: FLUOROSCOPÍA PULSADA FRECUENCIA DE PULSO 1 – 2 – 4 – 7.5 – 15 OPCIONAL 30, LO CUAL NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO NI APLICACIONES CLÍNICAS. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.7.6**
12	ANEXOS TÉCNICOS/ANEXO 22 ULTRASONÓGRAFO (GINECO-OBSTÉTRICO SEGUNDO NIVEL), CLAVE CNIS 531.924.0031, NUMERAL 2.5. REFERENCIA TEXTUAL DEL REQUISITO: "2.5.- TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO CON RANGO DE 2 MHZ O MENOR A 6 MHZ O MAYOR PARA APLICACIONES 4D" **PREGUNTA**: CONFORME A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ESTA PARTIDA CONSIDERAMOS QUE EXISTE ALGUNA DISCREPANCIA YA QUE LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO SE SOLICITA NUEVAMENTE EN EL PUNTO 2.7, POR LO QUE; PREGUNTAMOS ¿LO QUE SE DESEA SOLICITAR ES UN TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO VAGINAL CON RANGO DE 3 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR PARA APLICACIONES 3D Y/O 4D?	**SE RATIFICA LO SOLICITADO EN LOS NUMERALES 2.5 Y 2.7, TODA VEZ QUE EL NUMERAL 2.5 SOLICITA TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO Y EL 2. 7 TRANSDUCTOR CONVEXO.**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

13	ANEXOS TÉCNICOS/ANEXO 22 ULTRASONÓGRAFO (GINECO-OBSTÉTRICO SEGUNDO NIVEL), CLAVE CNIS 531.924.0031, NUMERAL 2.9. REFERENCIA TEXTUAL DEL REQUISITO: "2.9.- IMPRESORA B/W Y A COLOR." **PREGUNTA**: ENTENDEMOS QUE LA IMPRESORA QUE SE OFERTE DEBE SER DE TECNOLOGÍA DE INYECCIÓN DE TINTA, LASER O CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA QUE PERMITA LA IMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES DE LOS ESTUDIOS, ASÍ COMO DEL REPORTE CLÍNICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LA MODALIDAD A COLOR.**
14	ANEXOS TÉCNICOS/ANEXO 22 ULTRASONÓGRAFO (GINECO-OBSTÉTRICO SEGUNDO NIVEL), CLAVE CNIS 531.924.0031, NUMERAL 3.3 REFERENCIA TEXTUAL DEL REQUISITO: "3.3.- PAPEL PARA IMPRESIÓN (5 ROLLOS)." **SOLICITAMOS** AMABLEMENTE NOS PERMITA ENTREGAR EL EQUIVALENTE DE ROLLOS EN HOJAS, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA OFERTADA EN EL PUNTO 2.9 EL CUAL INCLUYE 500 HOJAS DE PAPEL. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.**
15	ANEXOS TÉCNICOS/ANEXO 22 ULTRASONÓGRAFO (GINECO-OBSTÉTRICO SEGUNDO NIVEL), CLAVE CNIS 531.924.0031, PUNTO 2 REFERENCIA TEXTUAL DEL REQUISITO: "2.- ACCESORIOS" **PREGUNTA**: ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO PROPUESTO DEBE TENER CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO A TRANSDUCTORES TRANSESOFÁGICOS PARA ESTUDIOS CARDIACOS. ¿ES ESTO CORRECTO?	**EL EQUIPO PROPUESTO DEBERÁ CONSIDERAR TODOS LOS ACCESORIOS CONTEMPLADOS EN EL NUMERAL 2**
16	ANEXOS TÉCNICOS, REFERENCIAS: ANEXO 11, ANEXO 13 Y ANEXO 22. LA NORMA ISO 13485:2016 ES EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ESPECÍFICO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS. DICHA NORMA ESTÁ BASADA EN LA *ESTRUCTURA DE ISO 9001, INCORPORANDO*	**LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN DE ACOMPAÑAR SUS PROPUESTAS DE TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN CADA UNO DE LOS ANEXOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y LO RESUELTO EN JUNTA DE ACLARACIONES.**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	CAPÍTULOS Y REQUISITOS ADICIONALES PROPIOS DE LAS ORGANIZACIONES QUE DISEÑAN, FABRICAN, INSTALAN O DAN SERVICIO A DISPOSITIVOS MÉDICOS, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR PRODUCTOS SEGUROS Y EFICACES Y CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LAS AUTORIDADES REGULATORIAS. POR ESTA RAZÓN, LOS FABRICANTES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS BASAN SU SISTEMA DE CALIDAD EN ISO 13485:2016 COMO NORMA APLICABLE AL TIPO DE PRODUCTO FABRICADO, SIN MANTENER NECESARIAMENTE UN CERTIFICADO ISO 9001 INDEPENDIENTE, SEGÚN SE ACREDITA CON LA DECLARACIÓN DEL FABRICANTE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. (REF. XB523-23GA162) QUE SE ADJUNTA. EXIGIR ADICIONALMENTE EL CERTIFICADO ISO 9001 NO APORTA UNA GARANTÍA DE CALIDAD MAYOR —AL SER ISO 13485 UNA NORMA MÁS RIGUROSA Y ESPECIALIZADA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS— Y PODRÍA RESTRINGIR INDEBIDAMENTE LA PARTICIPACIÓN, CONTRAVINIENDO EL PRINCIPIO DE OBTENCIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL. **PREGUNTA**: ¿CONFIRMA LA CONVOCANTE QUE, PARA LOS BIENES QUE CONSTITUYEN DISPOSITIVOS MÉDICOS, LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485:2016 DEL FABRICANTE SATISFACE EL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, SIN QUE SEA EXIGIBLE ADICIONALMENTE EL CERTIFICADO ISO 9001, POR SER ISO 13485 LA NORMA ESPECÍFICA QUE COMPRENDE Y SUPERA A ISO 9001 EN MATERIA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS?	
17	DOCUMENTO VII. GARANTÍA DE SERIEDAD. **PREGUNTA**: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA INCLUIR EL MONTO DE LA FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA A NOMBRE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO POR	**SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL MONTO NO SEA MENOR AL 5% DE SU PROPUESTA**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	EL 5% O MAYOR DEL MONTO TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA INCLUYENDO EL I.V.A., ESTO SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO INCLUIR EL MONTO EXACTO POR EL 5% CON IVA. ¿SE ACEPTA?	
18	DOCUMENTO XIV; **PREGUNTA**: DEBIDO A LO OCURRIDO EN AÑOS ANTERIORES POR LA CONTINGENCIA SANITARIA, ACTUALMENTE LOS FABRICANTES, EMITEN CARTAS DE APOYO O LAS CARTAS NECESARIAS PARA LOS EVENTOS LICITATORIOS DE MANERA ELECTRÓNICA O DIGITAL, ES POR ELLO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO Y/O CARTAS NECESARIAS DEL FABRICANTE IMPRESAS A COLOR DE LA CARTAS EN ORIGINAL DIGITALES EMITIDAS. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.**
19	DOCUMENTO XVII; **PREGUNTA**: ENTENDEMOS QUE EL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO PODRÁ ESTAR EN CUALQUIER ZONA MIENTRAS SE ENCUENTRE DENTRO DE LA REPÚBLICA MEXICANA. ¿ES ESTO CORRECTO?	**ES CORRECTO**

LICITANTE PARTICIPANTE: DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		
No.	**PREGUNTA**	**RESPUESTA**
1	**REFERENCIA 24**, ANEXO 24, "PUNTO 1.3.2.- FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO O FLUJO PICO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 10 A 140 L/MIN. **PREGUNTA**: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIARLO DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE, QUE PARA EL CASO DE MI REPRESENTADA ES FLUJO INSPIRATORIO QUE CUBRE EL RANGO DE 5 A 200 CMH2O/S CON CAPACIDAD DE ENTREGAR HASTA 250 L/MIN. ¿SE ACEPTA?"	**SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.**
2	**REFERENCIA 24**, ANEXO 24, "PUNTO 1.5.14.- DESPLIEGUE DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA:	**ES CORRECTO**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBERÁ DESPLEGAR LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN MENCIONADAS EN LOS SUBPUNTOS 1.5.14.1, 1.5.14.2 Y 1.5.14.3. ¿ES CORRECTO?"	
3	**REFERENCIA 24**, ANEXO 24, "PUNTO 2.3.- BATERÍA DE RESPALDO INTERNA, CON DURACIÓN DE 240 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO. **PREGUNTA**: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA BATERÍA DE RESPALDO INTERNA O INTERCONSTRUÍDA CON DURACIÓN DE 240 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO. ¿SE ACEPTA?"	**SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.**
4	**REFERENCIA 25**, ANEXO 25, "PUNTO 1.3.1.2.- FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 RESPIRACIONES POR MINUTO O MENOR A 160 RESPIRACIONES POR MINUTO O MAYOR. **PREGUNTA**: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR RANGO SUPERIOR DE 150 RESPIRACIONES POR MINUTO, YA QUE ESTE VALOR CUBRE AMPLIAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE RPM DE LOS RECIÉN NACIDOS. ¿SE ACEPTA?"	**SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.**
5	**REFERENCIA 25**, ANEXO 25, "PUNTO 1.3.2.1.- VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA, PTV, IPPV, O SIPPV Y SIMV CONTROLADA. **PREGUNTA**: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO DEBEREMOS OFERTAR VENTILACIÓN SIMV CONTROLADA Y ALGUNO DE LOS SIGUIENTES MODOS VENTILATORIOS: ASISTO CONTROLADA O PTV O IPPV O SIPPV. ¿ES CORRECTO? ESTO PORQUE NINGÚN VENTILADOR EN EL MERCADO OFRECE TODOS ESTOS MODOS VENTILATORIOS AL MISMO TIEMPO YA QUE HACEN REFERENCIA A DIFERENTE NOMENCLATURA PARA EL MISMO MODO. "	**ES CORRECTO**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

6	**REFERENCIA 25**, ANEXO 25, "PUNTO 1.3.2.6.- VENTILACIÓN EN DOS NIVELES DE PRESIÓN PARA EL MODO DE VENTILACIÓN NO INVASIVA (VNI). **PREGUNTA**: TOMANDO EN CUENTA QUE CORRESPONDE A UN VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA USADO EN PACIENTES CRÍTICOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI NECESITA UN VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA CON FUNCIÓN DE VENTILACIÓN INVASIVA Y VENTILACIÓN NO INVASIVA, AMBOS EN UN MISMO EQUIPO, ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?	**SE REFIERE A MODO DE VENTILACIÓN NO INVASIVA TIPO BILEVEL, CON AJUSTE INDEPENDIENTE DE PRESIÓN INSPIRATORIA POSITIVA EN VÍA AÉREA (IPAP) Y PRESIÓN ESPIRATORIA POSITIVA EN VÍA AÉREA (EPAP), QUE PERMITA PROPORCIONAR SOPORTE VENTILATORIO MEDIANTE INTERFAZ NO INVASIVA, CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE FUGAS, MONITOREO CONTINUO DE PARÁMETROS RESPIRATORIOS**
7	**REFERENCIA 25**, ANEXO 25, "PUNTO 1.4.8.- DURACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO (EXTERNA Y/O INTERNA) DE 240 MINUTOS COMO MÍNIMO. **PREGUNTA**: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA BATERÍA DE RESPALDO INTERNA O INTERCONSTRUÍDA CON DURACIÓN DE 240 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO. ¿SE ACEPTA?"	**SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.**
8	**REFERENCIA 25**, ANEXO 25, "PUNTO 2.4.- TRES (3) CIRCUITOS REUSABLES PEDIÁTRICO/NEONATAL LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES) PARA USO EN ALTA FRECUENCIA. **PREGUNTA**: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 10 CIRCUITOS DESECHABLES PEDIÁTRICO/NEONATAL CON CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN PARA USO EN ALTA FRECUENCIA POR CADA CIRCUITO REUSABLE QUE PIDE EL PUNTO. ¿SE ACEPTA?"	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 25 PUNTO 2.4**

LICITANTE PARTICIPANTE: MEDCORE REHAB, S.A. DE C.V.		
No.	**PREGUNTA**	**RESPUESTA**
xx	**ANEXO 25, REFERENCIA 25**. (VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO	**AL REFERIR LA FICHA COMO MODO CONVENCIONAL INDICA QUE EL EQUIPO**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL). **SE SOLICITA** AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR SI EL EQUIPO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE CONTAR CON VENTILACIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA. FAVOR DE ACLARAR	**OFERTADO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE CONTAR CON VENTILACIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA**
xxx	**ANEXO 11, REFERENCIA 11** (EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN C). NUMERAL 10.3. DICE: ¨PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA CONCLUIDO Y PROCEDENTE A NOMBRE DEL PARTICIPANTE EMITIDO POR LA COFEPRIS." PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, **SE SOLICITA** AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR DICHO DOCUMENTO A NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO COMO LO DICTA LA NOM-240-SSA1-2012, Y SE PUEDA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR LOS EVENTOS E INCIDENTES ADVERSOS QUE RECAEN EN EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DEL EQUIPO.	**SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.**

LICITANTE PARTICIPANTE: RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
No.	**PREGUNTA**	**RESPUESTA**
1	**NUMERAL 2.6 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO** LOS BIENES DESCRITOS EN EL ANEXO 1 LISTADO DE BIENES INDICA CONCEPTO ÚNICO Y EN EL NUMERAL DE REFERENCIA SE INDICA QUE LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR CONCEPTO EL CUAL INCLUYE 28 REFERENCIAS O RENGLONES LO CUAL LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE SOMOS DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE MARCAS DE IMAGENOLOGÍA LAS CUALES NO FABRICAN OTRAS MODALIDADES DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMO MONITOREO DE SIGNOS VITALES, ASPIRADORES,	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES.**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	REANIMADORES, REFRIGERADORES, ANAQUELES O VITRINAS, DE LO ANTERIOR, **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE SE PERMITE OFERTAR BIENES POR REFERENCIA INDIVIDUAL O RENGLÓN ¿SE ACEPTA?	
2	**NUMERAL 1.3 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA** LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN QUE DISTRIBUIMOS SON DE ORIGEN INTERNACIONAL, EN PARTICULAR DE ITALIA, POR LO QUE LOS TIEMPOS DE TRASLADO Y LIBERACIÓN ADUANAL SUELEN SER SUPERIORES A 15 DÍAS. **SOLICITAMOS** SE AMPLÍE EL PLAZO DE ENTREGA DE 30 A 45 DÍA NATURALES PARA LOS EQUIPOS QUE SON DE ORIGEN EXTRANJERO ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES**
3	**TODOS LOS ANEXOS** **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS PERMITA HACER USO DE IMÁGENES PARA DEMOSTRAR LAS CARACTERÍSTICAS QUE NO SE PUEDAN REFERENCIAR DE MANERA TEXTUAL EN EL MATERIAL TÉCNICO DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	**LA PROPOSICIÓN TÉCNICA PERMITE EL USO DE IMÁGENES, CATÁLOGOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS Y EL MATERIAL DE APOYO QUE LOS LICITANTES INTERESADOS DESEEN INCLUIR PARA DEMOSTRAR QUE CUMPLEN CON CADA UNO DE LOS NUMERALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN**
4	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 9** UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 1.1.4.-RANGO DE MAS DE 0.1 A 630 MAS O MAYOR. **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON RANGO DE 0.1 A 320 MAS, YA QUE DICHO RANGO ES SUFICIENTE PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS PROPIOS DE UNA UNIDAD PORTÁTIL, GARANTIZANDO LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES CON CALIDAD DIAGNÓSTICA Y CUBRIENDO LAS NECESIDADES CLÍNICAS HABITUALES, SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD NI EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES.**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

5	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 9** UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 1.2.5.- QUE CUENTE CON COLUMNA COLAPSABLE PARA VISIBILIDAD TOTAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON COLUMNA FIJA TIPO TELESCÓPICA, LO CUAL NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y ES POSIBLE ALCANZAR CUALQUIER POSICIONAMIENTO CON PACIENTE ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.**
6	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 9** UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 1.2.8.- GIRO MÍNIMO DEL COLIMADOR DE ±90° O MAYOR. DADO QUE EL COLIMADOR SE ENCUENTRA FIJO AL CABEZAL DEL TUBO DE RAYOS X, **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA REFERENCIAR COMO ROTACIÓN DEL TUBO-RX ALREDEDOR DEL EJE DEL BRAZO LA CUAL ES DE ± 180°, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA, EL GIRO EN EL COLIMADOR SIMPLIFICA LA MANIPULACIÓN DEL EQUIPO PARA EL USUARIO Y AJUSTE DEL CAMPO DE EXPOSICIÓN SIN NECESIDAD DE MANIPULAR EL BRAZO O CABEZAL COMPLETO DEL EQUIPO**
7	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 9** UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 1.2.10.- FLEXOMETRO INTEGRADO AL TUBO/COLIMADOR. **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA REFERENCIAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO "MEDIDOR RETRÁCTIL" QUE ES COMO SE ENCUENTRA EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	**SE PODRÁ REFERENCIAR DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y TECNOLOGÍA OFERTADA POR SU REPRESENTADA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 9 NUMERAL 1.2.10**
8	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 9** UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 1.3.2.- MATRIZ DE 2,520 X 3,032 PIXELES O MAYOR **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR CON MATRIZ DE 3072 X 2476	**NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, YA QUE LA RESOLUCIÓN MÍNIMA ESTABLECIDA EN LAS BASES (2,520 X 3,032 PÍXELES O MAYOR) RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DIAGNÓSTICA DEFINIDOS POR LA CONVOCANTE, ASEGURANDO UN NIVEL**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	PIXELES, DADO QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD, EL DESEMPEÑO NI LA CALIDAD DIAGNÓSTICA DEL EQUIPO SOLICITADO, FAVORECIENDO ADEMÁS UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	**ADECUADO DE DETALLE Y PRECISIÓN EN LA IMAGEN RADIOGRÁFICA.**
9	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 9** UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 1.3.6.- DQE DE 70% O 0,05 IP/MM O MAYOR. **ENTENDEMOS** QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE PUEDE OFERTAR UN DQE DE 70% O MAYOR ¿ES CORRECTO?	**ES CORRECTO**
10	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 9** UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 1.3.7.- CON RESISTENCIA AL INGRESO DE LÍQUIDOS IP57 **ENTENDEMOS** QUE AL OFERTAR UN DETECTOR CON GRADO DE PROTECCIÓN IP68, ESTAMOS DANDO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO POR OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES ¿ES CORRECTO?	**ES CORRECTO**
11	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 9** UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 1.3.15.- TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA DEL DETECTOR DE AL MENOS 500 CICLOS DE CARGA Y DESCARGA. **SOLICITAMOS** ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, TODA VEZ QUE LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA DEL DETECTOR NO DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DEL NÚMERO DE CICLOS DE CARGA Y DESCARGA, SINO TAMBIÉN DE FACTORES OPERATIVOS COMO LA FRECUENCIA DE USO, LA CANTIDAD DE EXPOSICIONES REALIZADAS, LOS PARÁMETROS DE RAYOS X UTILIZADOS, LOS TIEMPOS DE ACTIVACIÓN DEL DETECTOR Y LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES**
12	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 9** UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 1.4.3.- ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL DEL BRAZO DE 1420 MM O MAYOR.	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL DEL BRAZO DE HASTA 1070 MM, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	
13	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 9** UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 1.4.4.- ALCANCE MÁXIMO VERTICAL DEL BRAZO DE 2000 MM O MAYOR. **ENTENDEMOS** QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A LA ALTURA MÁXIMA DEL FOCO AL PISO O SID ¿ES CORRECTO?	**ES CORRECTO**
14	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 9** UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 1.4.6.- ROTACIÓN DEL TUBO EN ÁNGULO TAU DE +90/-20° **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTE Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "ROTACIÓN DEL TUBO-RX ALREDEDOR DEL PROPIO EJE DE -37°/+90°" QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, YA QUE LA ESPECIFICACIÓN DE ROTACIÓN DEL TUBO EN ÁNGULO TAU DE +90° / -20° CORRESPONDE A UN PARÁMETRO FUNCIONAL DEFINIDO PARA GARANTIZAR LA ADECUADA VERSATILIDAD EN EL POSICIONAMIENTO DEL EQUIPO DURANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS EN DISTINTAS PROYECCIONES CLÍNICAS.** **LA PROPUESTA DE REFERENCIAR LA ROTACIÓN DEL TUBO ALREDEDOR DE SU PROPIO EJE CON VALORES DE -37° / +90° NO ES EQUIVALENTE AL MOVIMIENTO SOLICITADO, YA QUE SE TRATA DE UN EJE DE ROTACIÓN DISTINTO Y, POR LO TANTO, NO ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE POSICIONAMIENTO REQUERIDAS.**
15	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 9** UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 1.5.1.- PANTALLA TÁCTIL PRINCIPAL DE 21.5 " O MAYOR Y PANTALLA SECUNDARIA EN EL CABEZAL DEL TUBO DE 10" O MAYOR. **SOLICITAMOS** ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA CONSIDERE SOLICITAR DE MANERA OPCIONAL	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES.**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	PANTALLA SECUNDARIA EN EL CABEZAL DEL TUBO, TODA VEZ QUE LA OPERACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA PUEDEN REALIZARSE DE MANERA EFICIENTE DESDE LA PANTALLA PRINCIPAL, SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD, EL DESEMPEÑO CLÍNICO NI LA CALIDAD DIAGNÓSTICA DEL EQUIPO. ASIMISMO, ESTA CARACTERÍSTICA CORRESPONDE A UN DISEÑO PARTICULAR DE CIERTOS FABRICANTES, POR LO QUE SU EXIGENCIA PODRÍA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
16	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 9** UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 1.5.1.- PANTALLA TÁCTIL PRINCIPAL DE 21.5 " O MAYOR Y PANTALLA SECUNDARIA EN EL CABEZAL DEL TUBO DE 10" O MAYOR. **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA TÁCTIL DE 19", DADO QUE ESTAS DIMENSIONES MANTIENEN LA CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN COMPLETA DE PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN, IMÁGENES Y CONTROLES OPERATIVOS SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA, LA SEGURIDAD DEL PROCEDIMIENTO NI LA CALIDAD DIAGNÓSTICA. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, YA QUE EL REQUERIMIENTO DE UNA PANTALLA TÁCTIL PRINCIPAL DE 21.5" O MAYOR FUE DEFINIDO PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES, PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN Y CONTROLES OPERATIVOS, FAVORECIENDO UNA INTERACCIÓN EFICIENTE Y SEGURA DURANTE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO. LA REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE LA PANTALLA A 19" IMPLICA UNA DISMINUCIÓN EN EL ÁREA DE VISUALIZACIÓN, LO CUAL PUEDE IMPACTAR LA FACILIDAD DE INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA PRECISIÓN EN LA CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS.**
17	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 9** UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 1.14.- CON RENDIMIENTO DE 1000 EXPOSICIONES A 70 KV, 10 MAS O MAYOR **SOLICITAMOS** ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON AUTONOMÍA DE BATERÍA PARA 600 EXPOSICIONES A 100 KV Y 4 MAS. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE EL RENDIMIENTO DE EXPOSICIONES NO ES DIRECTAMENTE	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES.**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	COMPARABLE ÚNICAMENTE POR NÚMERO DE DISPAROS A PARÁMETROS FIJOS, YA QUE EL CONSUMO ENERGÉTICO VARÍA SEGÚN LA COMBINACIÓN DE KV Y MAS. POR ELLO, LA CONFIGURACIÓN PROPUESTA OFRECE UN DESEMPEÑO EQUIVALENTE EN CONDICIONES CLÍNICAS REALES, SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD, AUTONOMÍA NI CALIDAD DIAGNÓSTICA DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	
18	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 9** UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 1.15.- PARA UN SISTEMA CON BATERÍAS, QUE PERMITA MANEJAR EL CARRO HASTA 50 KM POR CARGA. **SOLICITAMOS** ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON AUTONOMÍA DE DESPLAZAMIENTO DE AL MENOS 40 KM POR CARGA. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE LA AUTONOMÍA DE DESPLAZAMIENTO DEPENDE DE MÚLTIPLES FACTORES OPERATIVOS COMO EL PESO DEL EQUIPO, CONDICIONES DEL PISO, VELOCIDAD DE TRASLADO Y FRECUENCIA DE USO DURANTE LA JORNADA CLÍNICA. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES.**
19	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 9** UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 1.17.- CAJÓN PORTA DETECTOR QUE PERMITA LA CARGA DEL DETECTOR MIENTRAS ESTA INSERTADO. **SOLICITAMOS** ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR SOLICITAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO OPCIONAL. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE LA CARGA DEL DETECTOR PUEDE REALIZARSE DE MANERA EFICIENTE MEDIANTE MÓDULOS EXTERNOS O SISTEMAS DE CARGA INDEPENDIENTES MANTENIENDO LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO SIN INTERRUPCIONES EN EL FLUJO DE TRABAJO CLÍNICO. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES.**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

20	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 9** UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 1.20.- PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN NECESARIOS PARA LA CONECTIVIDAD AL PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO. **ENTENDEMOS** QUE ESTA CARACTERÍSTICA SE REFIERE A QUE EL EQUIPO CUENTE CON PROTOCOLO ETHERNET WIRELESS 802.11 A/G/N ¿ES CORRECTO?	**ES CORRECTO**
21	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.1.1.- FRECUENCIA EN UN RANGO DE 15 KHZ A 50 KHZ O MAYOR. **ENTENDEMOS** QUE AL OFERTAR EQUIPO CON GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA DE HASTA 40 KHZ, ESTAMOS DANDO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO ¿ES CORRECTO?	**NO ES CORRECTO, EL REQUISITO EXIGE UN RANGO MÍNIMO DE 15 KHZ A 50 KHZ O MAYOR**
22	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.1.3.1.- RANGO DE CORRIENTE DE 0.5 MA A 60 MA O DE 0.3 MA A 119 MA. **ENTENDEMOS** QUE AL OFERTAR EQUIPO CON CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA DE 0.4-100 MA, ESTAMOS DANDO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO ¿ES CORRECTO?	**NO ES CORRECTO**
23	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.1.3.3.- RANGO DE ANCHO DE PULSO DE 5.333 MS O MENOR A 14 MS O MAYOR. **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LONGITUD DE PULSO DE RX EN FLUOROSCOPIA PULSADA DE ALTA CALIDAD DE 7 - 20 MS, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES**
24	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	**SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	1.1.4.1.- CORRIENTE DE 2.5 A 125 MA O DE 10 A 120 MA. **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON RANGO DE CORRIENTE EN RADIOGRAFÍA DE 40-100 MA, LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE LOS SISTEMAS RADIOLÓGICOS MODERNOS OPTIMIZAN LA CALIDAD DE IMAGEN MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE PARÁMETROS DE KV, MA Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN, ASÍ COMO MEDIANTE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL DE EXPOSICIÓN (AEC) Y PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGEN. EN ESTE SENTIDO, EL RANGO PROPUESTO DE 40 A 100 MA RESULTA SUFICIENTE PARA CUBRIR LOS ESTUDIOS CLÍNICOS HABITUALES, GARANTIZANDO UNA ADECUADA CALIDAD DIAGNÓSTICA Y UNA CORRECTA DOSIS AL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	
25	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.2.4.- CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE CALOR DEL ÁNODO DE 30 KHU/MIN O MAYOR. **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO "VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO CONTINUO DEL ÁNODO DE 60,000HU/MIN. (60K HU/MIN), QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL MATERIAL TÉCNICO DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	**SE PODRÁ REFERENCIAR DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y TECNOLOGÍA OFERTADA POR SU REPRESENTADA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 9 NUMERAL 1.2.4**
26	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.3.1.- COLIMADOR TIPO "IRIS" O RANURADO PARA COLIMACIÓN SIMÉTRICA Y ASIMÉTRICA, LIBRE DE RADIACIÓN, CON ROTACIÓN ILIMITADA. **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	PUNTO, NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "COLIMADOR DE RAYOS X CUADRADO, APERTURA/CIERRE DE AJUSTE CONTINUO, CON OBTURADORES AJUSTABLES ASIMÉTRICOS" QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL MATERIAL TÉCNICO DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	
27	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.3.2.- COLIMADOR TIPO "RECTANGULAR". **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "COLIMADOR DE CAMPO CUADRADO", QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES**
28	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.3.3.- ROTACIÓN DE COLIMADOR DE 360 GRADOS. **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "COLIMADOR VIRTUAL CON ROTACIÓN DE OBTURADORES", QUE ES COMO SE ENCUENTRA EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES**
29	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.4.2.- ROTACIÓN ALREDEDOR DEL EJE LONGITUDINAL DE +/- 200° O MAYOR. **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "ROTACIÓN A LO LARGO DEL EJE HORIZONTAL DE +/-275°", QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE, SUPERANDO LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

30	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.4.3.- RECORRIDO ORBITAL DE +90/-50° O 148° (-51.5° A 96.5°). **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "ROTACIÓN A LO LARGO DEL EJE VERTICAL DE - 65° / + 95°", QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE, SUPERANDO LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE ¿SE ACEPTA?	**SE PODRÁ REFERENCIAR DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y TECNOLOGÍA OFERTADA POR SU REPRESENTADA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 11 NUMERAL 1.4.3**
31	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.4.6.- APERTURA DEL BRAZO DEL ARCO DE 75 CM O MAYOR. **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "ESPACIO ABIERTO DE 82 CM" QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE, SUPERANDO LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE ¿SE ACEPTA?	**SE PODRÁ REFERENCIAR DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y TECNOLOGÍA OFERTADA POR SU REPRESENTADA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 11 NUMERAL 1.4.6**
32	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.5.3.- PROCESAMIENTO DE IMAGEN DIGITAL CON ADQUISICIÓN DE 30 IMÁGENES/SEGUNDO (F/S) EN UNA MATRIZ DE 1280 PIXELES X 1024 PIXELES. **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON VELOCIDAD: MÁX. 25 IMÁGENES/SEGUNDO CON MATRIZ DE 1956X1956 PÍXELES. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

33	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.6.3.- POST-PROCESAMIENTO DE IMÁGENES EN TIEMPO REAL. **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "PROCESAMIENTO DE IMAGEN EN TIEMPO REAL" Y "FUNCIONES DE POST PROCESAMIENTO" ¿SE ACEPTA?	**SE PODRÁ REFERENCIAR DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y TECNOLOGÍA OFERTADA POR SU REPRESENTADA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 11 NUMERAL 1.6.3**
34	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.6.6.- PROGRAMAS ANATÓMICOS. **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "SELECCIÓN DE APR" LO CUAL SE REFIERE A EXÁMENES PREDEFINIDOS POR EL FABRICANTE Y QUE ESTÁN ASOCIADOS A LAS VARIAS APLICACIONES DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	**SE PODRÁ REFERENCIAR DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y TECNOLOGÍA OFERTADA POR SU REPRESENTADA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 11 NUMERAL 1.6.6**
35	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.6.6.1.- HUESOS (ESQUELETO) **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "APLICACIÓN DE ORTOPEDIA", QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	**SE PODRÁ REFERENCIAR DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y TECNOLOGÍA OFERTADA POR SU REPRESENTADA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 11 NUMERAL 1.6.6.1**
36	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.6.6.5.- TEJIDO BLANDO. **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "PARTES	**SE PODRÁ REFERENCIAR DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y TECNOLOGÍA OFERTADA POR SU REPRESENTADA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 11 NUMERAL 1.6.6.5**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	PEQUEÑAS.", QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	
37	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.6.6.6.- METAL. **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "ALGORITMO INTEGRADO PARA CORRECCIÓN DE METALES", QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	**SE PODRÁ REFERENCIAR DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y TECNOLOGÍA OFERTADA POR SU REPRESENTADA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 11 NUMERAL 1.6.6.6**
38	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.7.8.- INDICADOR DE RADIACIÓN. **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "VALOR DE DOSIS*ÁREA ACUMULADO EN EL ESTUDIO (DOSE AREA PRODUCT)", QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	**SE PODRÁ REFERENCIAR DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y TECNOLOGÍA OFERTADA POR SU REPRESENTADA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 11 NUMERAL 1.7.8**
39	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 11** EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA MOVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" 1.7.10.- COMUNICACIÓN INALÁMBRICA PARA LA TRANSMISIÓN DE LAS IMÁGENES ADQUIRIDAS. **SOLICITAMOS** ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, TODA VEZ QUE LA TRANSMISIÓN DE IMÁGENES PUEDE REALIZARSE DE MANERA SEGURA Y EFICIENTE MEDIANTE CONEXIÓN CABLEADA (ETHERNET), LA CUAL OFRECE MAYOR ESTABILIDAD, VELOCIDAD Y SEGURIDAD EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

40	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 22** ULTRASONOGRAFO (GINECO – OBSTETRICO SEGUNDO NIVEL) **SOLICITAMOS** ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SERÁ VÁLIDO UTILIZAR LA NOMENCLATURA Y TERMINOLOGÍA PROPIAS DE CADA FABRICANTE DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE QUE SE ACREDITE DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES REQUERIDAS. ¿SE CONFIRMA?	**SE PODRÁ REFERENCIAR DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y TECNOLOGÍA OFERTADA POR SU REPRESENTADA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 22 TODOS SUS NUMERALES**
41	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 22** ULTRASONOGRAFO (GINECO – OBSTETRICO SEGUNDO NIVEL) **SOLICITAMOS** ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SERÁ VÁLIDO INCORPORAR MATERIAL COMPLEMENTARIO COMO CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS O MATERIAL GRÁFICO QUE FACILITE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA, SIEMPRE QUE DICHA DOCUMENTACIÓN NO SUSTITUYA LA INFORMACIÓN EXPRESAMENTE REQUERIDA EN LAS BASES. ¿SE CONFIRMA?	**LA PROPOSICIÓN TÉCNICA PERMITE EL USO DE IMÁGENES, CATÁLOGOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS Y EL MATERIAL DE APOYO QUE LOS LICITANTES INTERESADOS DESEEN INCLUIR PARA DEMOSTRAR QUE CUMPLEN CON CADA UNO DE LOS NUMERALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN**
42	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 22** ULTRASONOGRAFO (GINECO – OBSTETRICO SEGUNDO NIVEL) DICE: 1.1.1.- MONITOR EN UN BRAZO PARA FACILITAR EL ESTUDIO, CON AJUSTE DE ALTURA, GIRO (LATERAL DE LADO A LADO), E INCLINACIÓN. **PREGUNTA**: CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y DE ADECUAR LA ESPECIFICACIÓN A LA NOMENCLATURA COMERCIAL UTILIZADA POR EL FABRICANTE, **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SE ACEPTARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS COMO MONITOR MONTADO EN UN BRAZO ARTICULADO SOBRE EL PANEL DE CONTROL CON PALANCAS QUE PERMITEN REALIZAR UN AJUSTE ÓPTIMO DE LA POSICIÓN DE TRABAJO DEL PANEL DE	**SE PODRÁ REFERENCIAR DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y TECNOLOGÍA OFERTADA POR SU REPRESENTADA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 22 TODOS SUS NUMERALES**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	CONTROL CON LA PANTALLA (DESPLAZAMIENTO VERTICAL). EL LCD (MONITOR) SE PUEDE GIRAR Y ORIENTAR (GIRO E INCLINACIÓN) DIRECTAMENTE, DE FORMA INDEPENDIENTE DEL PANEL DE CONTROL, GARANTIZANDO LA ADECUADA VISUALIZACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO FUNCIONAL DE LA ESPECIFICACIÓN. FAVOR DE CONFIRMAR.	
43	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 22** ULTRASONOGRAFO (GINECO – OBSTETRICO SEGUNDO NIVEL) DICE: 1.3.- SISTEMA CON AL MENOS 4,700,000 CANALES DIGITALES **PREGUNTA**: CONSIDERANDO QUE EL NÚMERO DE CANALES DIGITALES DE PROCESAMIENTO CORRESPONDE A UNA CARACTERÍSTICA QUE NO DELIMITA EL DESEMPEÑO CLÍNICO DEL EQUIPO, **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SE ACEPTARÁ UN SISTEMA CON 4,000,000 DE CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL, TODA VEZ QUE CUMPLE CON LAS FUNCIONALIDADES CLÍNICAS, APLICACIONES Y DESEMPEÑO REQUERIDOS PARA EL PRESENTE ANEXO. FAVOR DE CONFIRMAR.	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES**
44	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 22** ULTRASONOGRAFO (GINECO – OBSTETRICO SEGUNDO NIVEL) DICE: 1.4.1.- BIDIMENSIONAL O 2D, CON VELOCIDAD DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 2D O MODO B DE 1,900 O MÁS IMÁGENES POR SEGUNDO. **PREGUNTA**: CON LA FINALIDAD DE ADECUAR LA ESPECIFICACIÓN A LA NOMENCLATURA COMERCIAL UTILIZADA POR EL FABRICANTE, **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SE ACEPTARÁ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CARACTERÍSTICA, MEDIANTE UNA VELOCIDAD DE CUADRO (FRAME RATE) DE HASTA 2203 HZ EN MODO 2D, CARACTERÍSTICA QUE CUMPLE E	**SE PODRÁ REFERENCIAR DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y TECNOLOGÍA OFERTADA POR SU REPRESENTADA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 22, NUMERAL 1.4.1**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

	INCLUSO SUPERA EL DESEMPEÑO SOLICITADO. FAVOR DE CONFIRMAR.	
45	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 22** ULTRASONOGRAFO (GINECO – OBSTETRICO SEGUNDO NIVEL) DICE: 1.16.2.- PANEL DE CONTROL CON AJUSTE INDEPENDIENTE DE ALTURA Y GIRO. CON PANTALLA SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) DE 12 PULGADAS O MAYOR CON CAPACIDAD DE DESPLEGAR TECLADO TÁCTIL PARA MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO. **PREGUNTA**: CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SE ACEPTARÁ UN PANEL DE CONTROL CON AJUSTE INDEPENDIENTE DE ALTURA Y GIRO, EQUIPADO CON PANTALLA TÁCTIL (TOUCH SCREEN) DE 8.9 PULGADAS QUE PERMITE EL DESPLIEGUE DE TECLADO TÁCTIL EN LA MISMA PANTALLA Y GARANTIZA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA Y EL FLUJO DE TRABAJO REQUERIDO, CUMPLIENDO FUNCIONALMENTE CON EL OBJETIVO DE LA ESPECIFICACIÓN. FAVOR DE CONFIRMAR.	**NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN BASES**
46	**ANEXOS TÉCNICOS – ANEXO 22** ULTRASONOGRAFO (GINECO – OBSTETRICO SEGUNDO NIVEL) DICE: 2.9.- IMPRESORA B/W Y A COLOR **PREGUNTA**: CONSIDERANDO QUE LA NOMENCLATURA UTILIZADA POR ALGUNOS FABRICANTES REFIERE LA IMPRESIÓN MONOCROMÁTICA COMO IMPRESIÓN EN ESCALA DE GRISES (GRAYSCALE), **SOLICITAMOS** A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SE ACEPTARÁ UNA IMPRESORA CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR Y EN ESCALA DE GRISES (B/W), CUMPLIENDO CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA PARA LA IMPRESIÓN DE IMÁGENES DERIVADAS DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDO. FAVOR DE CONFIRMAR.	**SE ACEPTA**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

SE COMUNICA QUE A PARTIR DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES NO SE ACEPTARÁ NINGUNA MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ADEMÁS LAS ACLARACIONES HECHAS EN ESTE ACTO, SERÁN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA Y LOS LICITANTES ESTÁN OBLIGADOS A OBSERVARLAS EN SUS PROPOSICIONES. ----------

DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, **AL TÉRMINO** DEL PRESENTE EVENTO **SE DIFUNDIRÁ** LA PRESENTE **ACTA** EN LA PÁGINA OFICIAL DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO PARA SU CONSULTA Y EFECTOS LEGALES CONDUCENTES ----------

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS **11:30** HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN ASISTENTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS ----------

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

PRESIDENTE

L.D. JOSÉ PALACIOS MARTÍNEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE S.S.H.

SECRETARIO EJECUTIVO

L.A.P. RICARDO ROBERTO TREJO RUIZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE S.S.H.

VOCAL

L.D. LORENA LY BARRIOS CARRILLO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y ADMÓN. PATRIMONIAL DE S.S.H.

VOCAL

L.C. CECILIA LÓPEZ CARRASCO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DE S.S.H.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

VOCAL

LIC. OFELIA LILIANA LORENZO HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE S.S.H.

VOCAL

D.A.I.S. ALBERTO XITHE MAXTHA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DE S.S.H.

VOCAL

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE REGULACIÓN SANITARIA DE S.S.H.

ASESOR

L.D. JANETH LEMUS GARNICA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS DE S.S.H.

ASESOR

ARQ. JUAN JOSÉ LOZANO JACOBO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE S.S.H.

ASESOR

L.A. ISAÚ BENÍTEZ ROMERO
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR

LIC. EDITH ACOSTA RUBALCAVA
REPRESENTANTE DE OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N24-2026, "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP), EJERCICIO FISCAL 2026.

ASESOR	ÁREA TÉCNICA
NO SE PRESENTÓ	T.S.U. NORA CAMPOS CRUZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	DIRECCIÓN DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DE S.S.H.
LICITANTE	**LICITANTE**
ENVIÓ AL CORREO DEL COMITÉ INTERÉS EN PARTICIPAR Y PREGUNTAS	ENVIÓ AL CORREO DEL COMITÉ INTERÉS EN PARTICIPAR Y PREGUNTAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
LICITANTE	**LICITANTE**
ENVIÓ AL CORREO DEL COMITÉ INTERÉS EN PARTICIPAR Y PREGUNTAS	
MEDCORE REHAB, S.A. DE C.V.	C. FERNANDO MENDOZA PADILLA RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Recibí copia 17 Jun 26

Fernando Mendoza Padilla